

**VERBALE seduta pubblica del 13/09/2018 – Apertura Busta B**

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN MODALITA' "FULL SERVICE" DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL'IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE DI IMMUNOISTOCHEMICA, COLORAZIONI SPECIALI E FISH/CISH, OCCORRENTI PER LE UU.OO. ANATOMIA PATOLOGICA DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI - SIMOG: gara n. 6965677.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 14.45, presso la sede della SUA RB ubicata al V piano del Palazzo della Giunta Regionale - Via V. Verrastro in Potenza, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00169 del 7/8/2018 e di seguito costituita:

- Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Presidente);
- Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SICILIANO Patrizia - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SABIA Mariangela - funzionario SUA - RB (Segretaria).

Sono presenti il Dott. Michele Gilio, Responsabile del Procedimento, nonché l'Ing. Giuseppe Bianchini ed il Geom. Donato Claps, componenti del Seggio di gara individuato con nota del Dirigente dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) prot. n. 50320/20AB del 20/03/2018.

E' presente, inoltre, in rappresentanza dell'unico operatore economico concorrente:

Rappresentante	Operatore economico
Francesco Petruccio	Agilent Technologies

Preliminarmente, come stabilito all'art. 20 del Disciplinare di gara, il Responsabile del Procedimento consegna al Presidente della Commissione giudicatrice gli atti di gara ed, in particolare, la Busta B contenente l'offerta tecnica e la Busta C contenente l'offerta economica. Spiega, inoltre, che, nell'odierna seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare.

La Commissione giudicatrice prende atto che è pervenuta una sola offerta, presentata dall'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.a.

La Commissione giudicatrice procede:

- a riporre la Busta C - Offerta economica nel plico;
- all'apertura della Busta B - Offerta tecnica dopo averne constatato l'integrità dei sigilli;
- alla verifica della presenza della documentazione richiesta dal Disciplinare;
- a siglare la documentazione;
- a riporre la busta B "Offerta tecnica" nel plico.

Verificato che nella Busta B sono presenti i documenti richiesti dal Disciplinare, la Commissione giudicatrice ammette la Agilent Technologies Italia S.p.a. al prosieguo della gara.

Alle ore 15.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, rinviando a successive sedute riservate l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica.

Il Presidente consegna il plico contenente la Busta B e la Busta C alla Segretaria della Commissione giudicatrice perché ne assicuri la custodia.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice:

Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella – Presidente _____;

Dr.ssa BENVENUTO Alessandra – Componente _____;

Dr.ssa SICILIANO Patrizia – Componente _____;

Dr.ssa SABIA Mariangela – Segretaria _____.

Il Seggio di gara:

Dr. Michele Gilio – Responsabile del Procedimento _____;

Ing. Giuseppe Bianchini – Componente _____;

Geom. Donato Claps – Componente _____.



**Verbale n. 1 del 13.09.2018 della Commissione Giudicatrice
SEDUTA RISERVATA**

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN MODALITA' "FULL SERVICE" DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL'IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE DI IMMUNOISTOCHEMICA, COLORAZIONI SPECIALI E FISH/CISH, OCCORRENTI PER LE UU.OO. ANATOMIA PATOLOGICA DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI - SIMOG: gara n. 6965677.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 settembre 2018, alle ore 15.30 presso la sede della SUA RB ubicata al V piano del Palazzo della Giunta Regionale - Via V. Verrastro in Potenza, si è riunita, in seduta riservata la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00169 del 7/8/2018 e di seguito costituita:

- Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Presidente);
- Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SICILIANO Patrizia - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SABIA Mariangela - funzionario SUA - RB (Segretaria).

La Commissione decide di iniziare le attività di verifica dell'offerta tecnica con la valutazione di alcune delle schede tecniche dei prodotti.

Alle ore 16.50 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice:

Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - Presidente _____;

Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - Componente _____;

Dr.ssa SICILIANO Patrizia - Componente _____;

Dr.ssa SABIA Mariangela - Segretaria _____.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE - RB
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E
SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668307
marlapia.lavieri@regione.basilicata.it

1.10.2018
**Verbale n. 2 del ✓ della Commissione Giudicatrice
SEDUTA RISERVATA**

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN MODALITA' "FULL SERVICE" DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL'IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE DI IMMUNOISTOCHEMICA, COLORAZIONI SPECIALI E FISH/CISH, OCCORRENTI PER LE UU.OO. ANATOMIA PATOLOGICA DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI - SIMOG: gara n. 6965677.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 ottobre alle ore 15:50 presso la sede della SUA RB ubicata al V piano del Palazzo della Giunta Regionale - Via V. Verrastro in Potenza, si è riunita, in seduta riservata la Commissione giudicatrice al fine di riprendere la valutazione dell'offerta tecnica relativa alla procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00169 del 7/8/2018 è così composta:

- Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Presidente);
- Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SICILIANO Patrizia - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SABIA Mariangela - funzionario SUA - RB (Segretaria).

La Commissione prosegue la lettura dell'offerta tecnica dell'unico operatore economico concorrente AGILENT TECHNOLOGIES, in continuità rispetto alle attività svolte come da verbale n. 1 del 13.09.2018 e ritiene opportuno richiedere precisazioni in merito all'offerta tecnica riferita ad alcune prescrizioni riportate ai punti 1.2.2. e 1.2.3. del capitolato tecnico.

Pertanto la Commissione dà mandato al Presidente di richiedere quanto sopra riportato per il tramite dell'RdP.

Alle ore 17:45 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice:

Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - Presidente _____

Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - Componente _____

Dr.ssa SICILIANO Patrizia - Componente _____

Dr.ssa SABIA Mariangela - Segretaria _____



Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN MODALITA' "FULL SERVICE" DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL'IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE DI IMMUNOISTOCHEMICA, COLORAZIONI SPECIALI E FISH/CISH, OCCORRENTI PER LE UU.OO. ANATOMIA PATOLOGICA DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI - SIMOG: gara n. 6965677.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 ottobre alle ore 15:40 presso la sede della SUA- RB ubicata al V piano del Palazzo della Giunta Regionale - Via V. Verrastro in Potenza, si è riunita, in seduta riservata la Commissione giudicatrice al fine di riprendere la valutazione dell' offerta tecnica relativa alla procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n.20A2.2018/D.00169 del 7/8/2018 è così composta:

- Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Presidente);
- Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SICILIANO Patrizia - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SABIA Mariangela – funzionario SUA – RB (Segretaria).

La Commissione prosegue la lettura dell'offerta tecnica dell'unico operatore economico concorrente AGILENT TECHNOLOGIES, in continuità rispetto alle attività svolte come da verbale n. 1 del 13.09.2018 e verbale n. 2 del 1.10.2018 e prende atto delle precisazioni che erano state richieste con mail dell'11.10.2018 in merito ad alcuni punti del capitolato tecnico e fornite dall'operatore economico sopra citato per il tramite dell'Rdp con mail dell'8.10.2018.

Completata la fase di lettura dei criteri previsti nell'allegato 12 "Griglia di valutazione" i Commissari procedono ad attribuire i relativi coefficienti.

Nello specifico, ciascun commissario attribuisce discrezionalmente e direttamente, per ognuno degli elementi di valutazione, un coefficiente da 0 ad 1, corrispondente al seguente giudizio sintetico:

Giudizio sintetico	Coefficiente
OTTIMO	1
BUONO	0,8
DISCRETO	0,6
ADEGUATO	0,4
INSUFFICIENTE	0

Si riportano di seguito i coefficienti attribuiti in base ai giudizi formulati dai commissari e il punteggio ottenuto dall'unico operatore economico concorrente AGILENT TECHNOLOGIES:

Commissario A : Dott. ssa CHIACCHIO Rosistella

Commissario B: Dott.ssa BENVENUTO Alessandra

Commissario C: Dott.ssa SICILIANO Patrizia.

	PARAMETRI di Valutazione	PUNTI MAX	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COEFFICIENTE MEDIO	COEFFICIENTE RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE
	SISTEMA PER IMMUNOISTOCHEMICA, FISH E FARMACODIAGNOSTICA Criteri Quantitativi							
1	Disponibilità di caricamento oltre 50 reagenti per ogni singolo modulo strumentale (n° reagenti)	2	50/50 =1	50/50 =1	50/50 =1	1		1x2=2
2	Gestione oltre i 45 vetrini processabili contemporaneamente per strumento (n° vetrini)	2	45/45=1	45/45=1	45/45=1	1		1x2=2
	SISTEMA PER IMMUNOISTOCHEMICA, FISH E FARMACODIAGNOSTICA Criteri Qualitativi							
1	Sistema aperto all'uso di qualsiasi Sistema di rivelazione disponibile sul mercato	5	1	1	1	1		5
2	Possibilità di effettuare lo smascheramento antigenico con due o più diverse soluzioni tampone contemporaneamente	2	1	1	1	1		2
3	Possibilità di mantenere i reagenti on board a temperatura controllata	2	1	1	1	1		2
4	Sistemi validati per test di farmacodiagnostica	2	1	1	1	1		2
5	Possibilità di effettuare indagini FISH - ed in contemporanea con le indagini di IHC	2	1	1	1	1		2
6	Tempi di esecuzione di una seduta di FISH completa nella singola giornata lavorativa	2	1	1	1	1		2
7	Grado di automatismo del sistema di immunoistochimica e grado di caricamento continuo di reagenti, con possibilità di aggiungere e/o rimuovere ogni tipo di	2	1	1	1	1		2

	PARAMETRI di Valutazione	PUNTI MAX	COMISSARIO A	COMISSARIO B	COMISSARIO C	COEFFICIENTE MEDIO	COEFFICIENTE RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE
	reagente durante la corsa di colorazione							
8	Visualizzazione del rapporto di lavoro in tempo reale	2	1	1	1	1		2
9	Adattabilità alla modalità operativa del laboratorio	2	1	1	1	1		2
10	Modalità di costruire protocolli di lavoro personalizzati da ogni postazione lan attiva, conservando in un unico database tutte le informazioni relative ai casi analizzati	2	1	1	1	1		2
	SISTEMA PER COLORAZIONI SPECIALI Criteri Quantitativi							
1	Capacità di gestire oltre le 12 colorazioni differenti/corsa/strumento, possibilità di colorare contemporaneamente almeno 40 vetrini per strumento (n° vetrini/ colorazione/strumento)	1	12/12=1 40/40=1	12/12=1 40/40=1	12/12=1 40/40=1	1		1
	SISTEMA PER COLORAZIONI SPECIALI Criteri Qualitativi							
1	Possibilità di separare i reflui in base alla tipologia di rifiuto	1	1	1	1	1		1
2	Reattivi pronti all'uso, senza nessun intervento da parte dell'operatore	1	1	1	1	1		1
3	Possibilità di regolare la temperatura di lavoro nelle varie fasi delle incubazioni dei reattivi	1	1	1	1	1		1
4	Computer integrato touch screen, tastiera e mouse, possibilità di visualizzare il rapporto di lavoro in tempo reale	1	1	1	1	1		1
5	Possibilità di sparaffinare in automazione	1	1	1	1	1		1
6	Elevata adattabilità alla modalità operativa del laboratorio	2	1	1	1	1		2

	PARAMETRI di Valutazione	PUNTI MAX	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COEFFICIENTE MEDIO	COEFFICIENTE RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE
7	Modalita' di costruire protocolli di lavoro personalizzati da ogni postazione lan attiva, conservando in un unico database tutte le informazioni relative ai casi analizzati	2	1	1	1	1		2
	SISTEMA AUTOMATICO PER COLORAZIONI DI EMATOSSILINA-EOSINA E PAP CON MONTATORE DI VETRINI INTEGRATO. Criteri Quantitativi							
1	Coloratore a caricamento continuo con capacità oraria di almeno 200 vetrini (n° vetrini/ora)	2	200/200= 1	200/200= 1	200/200= 1	1		2
	SISTEMA AUTOMATICO PER COLORAZIONI DI EMATOSSILINA-EOSINA E PAP CON MONTATORE DI VETRINI INTEGRATO. Criteri Qualitativi							
1	Strumentazione nuova e di ultima generazione	2	1	1	1	1		2
2	Fornitura di coloranti pronto uso, CE-IVD e di tutto il necessario per ottenere un risultato di elevato standard qualitativo	2	1	1	1	1		2
3	Possibilità di programmare protocolli multipli di colorazione	2	1	1	1	1		2
4	Sistema chiuso di caricamento e smaltimento di reagenti occorrenti	2	1	1	1	1		2
5	Disponibilità di differenti formulazioni di reagenti per ematossilina-eosina CE-IVD ottimizzati per la strumentazione offerta	2	1	1	1	1		2
6	Processo di colorazione comprendente tutte le fasi necessarie: dalla paraffinatura, all'asciugatura e montaggio con coprioggetto in vetro	2	1	1	1	1		2

	PARAMETRI di Valutazione	PUNTI MAX	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COEFFICIENTE MEDIO	COEFFICIENTE RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE
7	Qualità del Montavetrini integrato nello strumento in termini di capacità di montaggio vetri/ora.	2	1	1	1	1		2
	SISTEMA PER L'IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE BIOLOGICO Criteri Qualitativi							
1	Possibilità di assegnare un identificativo del paziente che utilizzi quello già generato dal sistema gestionale in dotazione dell'U.O. di Anatomia Patologica.	2	1	1	1	1		2
2	Utilizzo di una stampante per biocassette che impieghi una tecnologia innovativa di incisione (e non di stampa) del codice a barre e dati identificativi del paziente. E disponibilità di differenti biocassette per dimensioni maglie e colori	2	1	1	1	1		2
3	Disponibilità di differenti report relativi all'attività svolta dal laboratorio per consentire la valutazione della funzionalità e produttività del laboratorio	2	1	1	1	1		2
4	Integrazione con strumentazione automatica per immunoistochimica e colorazioni speciali (invio in automatico dell'ordine di esecuzione colorazioni di IHC o SS senza necessità di inserire manualmente i vetrini da processare per IHC o SS nella relativa strumentazione)	2	1	1	1	1		2
5	Disporre di dedicate stazioni di gestione (ordine di lavoro) e verifica del processo eseguito ognuna specifica per le diverse fasi della gestione del campione biotipico	2	0.6	0.6	0.6	0.6	1	2

	PARAMETRI di Valutazione	PUNTI MAX	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	COEFFICIENTE MEDIO	COEFFICIENTE RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE
	(dall'accettazione del campione all'archiviazione)							
6	Verifica dello stato di processazione del vetrino/blocchetto/cassetta in ogni stazione di lavoro	2	1	1	1	1		2
7	Resistenza dell'informazione incisa sulla biocassetta ai trattamenti con solventi organici utilizzati nei processi successivi	2	1	1	1	1		2
1	Assistenza tecnica	3	0.6	0.4	0.4	0.46	1	3
	Totale	70						70

Il coefficiente attribuito ai criteri "Disporre di dedicate stazioni di gestione (ordine di lavoro) e verifica del processo eseguito ognuna specifica per le diverse fasi della gestione del campione biotico (dall'accettazione del campione all'archiviazione)" e "Assistenza tecnica" è stato riparametrato secondo quanto stabilito dal par. 16 del Disciplinare di gara.

Alle ore 17:30 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice:

Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella – Presidente _____

Dr.ssa BENVENUTO Alessandra – Componente _____

Dr.ssa SICILIANO Patrizia – Componente _____

Dr.ssa SABIA Mariangela – Segretaria _____



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE - RB
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E
SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668307
mariaapia.lavleri@regione.basilicata.it

VERBALE seduta pubblica del 24/10/2018 – Apertura Busta C

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN MODALITA' "FULL SERVICE" DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL'IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE DI IMMUNOISTOCHEMICA, COLORAZIONI SPECIALI E FISH/CISH, OCCORRENTI PER LE UU.OO. ANATOMIA PATOLOGICA DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI - SIMOG: gara n. 6965677.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 15:40 presso la sede della SUA RB ubicata al V piano del Palazzo della Giunta Regionale - Via V. Verrastro in Potenza, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00169 del 7/8/2018 e di seguito costituita:

- Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Presidente);
- Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SICILIANO Patrizia - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SABIA Mariangela - funzionario SUA - RB (Segretaria).

E' presente il Dott. Michele Gilio, Responsabile del Procedimento

E' presente, inoltre, in rappresentanza dell'unico operatore economico concorrente (si allega delega del 17.10.2018)

Rappresentante	Operatore economico
Francesco Petrullo	Agilent Technologies

Il Presidente della Commissione apre la seduta e comunica ai presenti i punteggi acquisiti dall'unico concorrente attribuiti dalla Commissione ad Agilent Technologies a seguito di valutazione dell'offerta tecnica:

- Agilent Technologies. punti 70 /70

La Commissione procede quindi all'apertura della Busta C (Offerta economica).

Verificata l'integrità della Busta C, vidimati ed esaminati i documenti ivi contenuti, la Commissione ammette alla gara il concorrente previa regolarizzazione del pagamento del bollo di euro 16,00.

Il Presidente dà lettura del ribasso percentuale offerto pari a 27,678% ed in conformità con quanto stabilito dal disciplinare di gara la Commissione assegna al concorrente il punteggio di 30/30, pertanto il totale punteggio raggiunto dall'unico concorrente è di 100 (70 Offerta tecnica 30 Offerta economica).

Alle ore 16:05 Il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta. Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice:

Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - Presidente _____

Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - Componente _____

Dr.ssa SICILIANO Patrizia - Componente _____

D. SSA SABIA MARIANGELA - SEGRETARIA _____



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE - RB
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTEENZA E
SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668307
mariapia.lavieri@regione.basilicata.it

VERBALE seduta riservata del 16/11/2018

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN MODALITA' "FULL SERVICE" DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL'IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE DI IMMUNOISTOCHEMICA, COLORAZIONI SPECIALI E FISH/CISH, OCCORRENTI PER LE UU.OO. ANATOMIA PATOLOGICA DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI - SIMOG: gara n. 6965677.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 16:00 presso la sede della SUA RB ubicata al V piano del Palazzo della Giunta Regionale - Via V. Verrastro in Potenza, si è riunita in seduta riservata giusta convocazione a mezzo mail del 7/11/2018, la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00169 del 7/8/2018 e di seguito costituita:

- Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Presidente);
- Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SICILIANO Patrizia - dirigente dell'A.O.R. "San Carlo" (Componente);
- Dr.ssa SABIA Mariangela - funzionario SUA - RB (Segretaria).

E' presente il Dott. Michele Gilio, Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento illustra alla Commissione il contenuto della nota di risposta fornita dall'operatore economico Agilent Technologies la cui offerta è risultata anormalmente bassa, in quanto, il punteggio conseguito rispettivamente nell'offerta tecnica ed economica è risultato superiore ai 4/5 del punteggio max attribuibile per ciascun elemento; la Commissione, nel prenderne atto, valuta le giustificazioni fornite sufficienti a dimostrare la attendibilità dell'offerta.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta si chiude alle ore 16:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice:

Dr.ssa CHIACCHIO Rosistella - Presidente _____

Dr.ssa BENVENUTO Alessandra - Componente _____

Dr.ssa SICILIANO Patrizia - Componente _____

Dr.ssa SABIA Mariangela - Segretaria _____

Dott. GILIO Michele - Il Responsabile del Procedimento _____