

CHIARIMENTI N. 1 AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 27/01/2020

QUESITO 1 - (prot. n. 13826 del 27/01/2020)

Domanda

Per nostra conoscenza gli Stent ureterali con punta in platino identificano una determinata ditta, si chiede se fosse possibile rispondere con una punta di altro materiale.

Risposta

Verranno accettati stent con punta di altro metallo che garantisca stesso profilo di maneggevolezza.