

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI DI LAVORO, CAPPE CHIMICHE, ARMADI PER REATTIVI E SOLVENTI E ARREDI PER LABORATORI OCCORRENTI ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB).

(SIMOG n. 7372088)

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute al 06/05/2019.

Tranche II

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 75788 del 06/05/2019 (Marca temporale: 347/T 2019-04-23 14:31:43)		
Richiesta di chiarimenti LOTTI 1 e 2		
A seguito dei sopralluoghi effettuati, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti tecnici:		
SEDE DI POTENZA		
1	In sede di sopralluogo ci è stato comunicata l'imminente ristrutturazione dei locali oggetto di fornitura, chiediamo dunque di specificare se in tale intervento sono comprese le opere di adeguamento degli impianti elettrici, fluidi e gas a servizio dei banchi da fornire; se sì confermate che gli allacciamenti e predisposizioni impiantistiche saranno a carico della Stazione Appaltante?	La ditta aggiudicatrice dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 6 "Opere comprese nella fornitura" del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
2	Chiediamo di confermare che il fornitore dell'arredo da laboratorio dovrà solamente effettuare l'allacciamento dei servizi interni ai banchi.	La ditta aggiudicatrice dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 6 "Opere comprese nella fornitura" del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
3	I condotti di espulsione delle cappe chimiche dei braccetti aspiranti e degli armadi aspirati saranno tutti predisposti all'interno del laboratorio di destinazione ed in copertura da parte della Stazione Appaltante?	La ditta aggiudicatrice dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 6 "Opere comprese nella fornitura" del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
4	Chiediamo di specificare la posizione dei 5 bracci aspiranti richiesti in gara, su quali banchi andranno installati? Saranno collegati ad un unico aspiratore? Se sì il collettore è a carico della Stazione appaltante?	Si rappresenta che i 5 bracci aspiranti previsti dovranno essere posizionati sulle apparecchiature, salvo diverse indicazioni future da parte di questo Ufficio, poste sui banchi centrali. Per le altre richieste si rimanda a quanto previsto dal già citato art.6.
5	Nell'appalto è compresa la fornitura di una cella frigorifera, chiediamo di specificare in quale locale o posizione dovrà essere installata la cella, dove sarà previsto lo scarico condensa, in quale posizione dovrà essere installata l'unità moto condensante. Le predisposizioni impiantistiche saranno a carico della Stazione Appaltante?	La cella frigorifera dovrà essere posizionata, salvo diverse indicazioni future da parte di questo Ufficio, nel locale frigo riportato nelle planimetrie fornite alle aziende all'atto del sopralluogo presso il Laboratorio Strumentale di Potenza. Per quanto riguarda le predisposizioni impiantistiche si rimanda a quanto previsto dal già citato art.6.

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
SEDE DI METAPONTO		
6	In sede di sopralluogo ci è stato comunicato che per la formazione della canna fumaria a servizio delle cappe chimiche, sarà necessaria la foratura della soletta e il rifacimento della coibentazione; se si confermate che tali opere così come le altre predisposizioni impiantistiche a corredo delle cappe saranno a carico della Stazione Appaltante?	Come si evince dalla lettura del capitolato speciale, e come spiegato dettagliatamente alle ditte in occasione del sopralluogo tecnico obbligatorio, le cappe chimiche devono essere consegnate correttamente funzionanti e quindi fornite di ogni necessità atta allo scopo. Pertanto, a cura del fornitore è prevista, tra l'altro, anche la foratura della soletta del tetto (compreso l'adeguamento locale del manto di coibentazione) per la realizzazione delle canne fumarie e l'installazione degli elettroaspiratori necessari per il funzionamento corretto delle cappe chimiche.
7	In sede di sopralluogo ci è stato comunicato che sui 10 ml di piani di sostegno, dovranno essere montati braccetti aspiranti "uno per tavolo", chiediamo di confermare che tali fornitura ed allacciamento è esclusa da questo appalto.	Come riportato nel capitolato speciale, e come spiegato dettagliatamente alle ditte in occasione del sopralluogo tecnico obbligatorio, i piani di sostegno di laboratorio (10 ml) devono essere corredati, tra l'altro, anche di cappette di aspirazione a braccio mobile funzionanti e quindi fornite di ogni necessità atta allo scopo.
8	Nell'Allegato B Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, art 1 oggetto e scopo a pagina 4, viene riportata la seguente dicitura "Ogni ditta offerente dovrà evidenziare le caratteristiche della propria fornitura nella scheda tecnica a corredo della relativa offerta economica, fornendo esaurienti indicazioni su tutte le caratteristiche tecniche sia dei vari impianti che degli arredi nel loro complesso nel rispetto di tutte le prescrizioni delle leggi e norme attualmente vigenti. Pertanto gli arredi, i materiali e gli impianti tecnologici accessori dovranno essere conformi alle norme di sicurezza e di buona tecnica pertinenti alle specifiche destinazioni d'uso e alle attività lavorative svolte nei laboratori stessi". Tale procedura prevede una busta "A" documentazione amministrativa e una busta "B" offerta economica, chiediamo quindi dove dovrà essere inserita tale scheda tecnica ed i relativi allegati comprovanti tali rispondenze. Chiediamo inoltre di specificare come tali caratteristiche saranno valutate.	<p>L'affidamento avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 17 del Disciplinare di gara) per cui il capoverso, di cui all'Allegato B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, art 1 Oggetto e scopo a pagina 4, che fa riferimento alla scheda tecnica è da intendersi come refuso.</p> <p>Non dovrà essere inserita nessuna scheda tecnica.</p>

Il Responsabile del procedimento
d.ssa Venera LOCICERO