

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E TARATURA DELLE APPARECCHIATURE
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA
BASILICATA (ARPAB)**

SIMOG n.7235691

Allegato 1a

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento biennale dei servizi di manutenzione e taratura delle apparecchiature di Arpa Basilicata, distinti in due lotti (Lotto 1: preventiva; Lotto 2: full risk) e presenti nelle varie sedi (Potenza, Matera e Bernalda-Metaponto).

La procedura di gara verrà espletata dalla centrale di committenza SUA-RB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata) per conto dell'Arpa Basilicata.

Il contratto avrà durata di 24 mesi, naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di stipula del contratto, salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti.

Per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio dei servizi, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad ARPAB una valutazione ampia e complessiva del servizio rispetto a tutte le obbligazioni del contratto.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione dia esito negativo, potrà essere concesso all'impresa aggiudicataria, a discrezione di ARPAB, un ulteriore periodo di tre mesi, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, ARPAB potrà risolvere unilateralmente il contratto con ritenzione della garanzia definitiva prestata dall'aggiudicatario. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Decorso il periodo di prova, in corso di esecuzione contrattuale, saranno eseguite le verifiche di conformità volte a valutare la corretta esecuzione del servizio in ottemperanza ai livelli di servizio e rendimento indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1b).

I servizi richiesti sono finalizzati a garantire il corretto funzionamento, la continuità operativa delle apparecchiature e la corretta gestione del patrimonio di ARPAB, secondo le modalità fissate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1b).

In particolare l'appaltatore si impegna a fornire, nell'ambito di ciascun lotto, oltre alle attività proprie del medesimo, anche le seguenti prestazioni, con le modalità descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1b):

- controlli funzionali e tarature;
- verifica delle attività (report);
- verifica della sicurezza elettrica.

La modalità di esecuzione dei servizi e la relativa gestione di che trattasi sono riportate analiticamente e dettagliatamente negli Allegati 1b, 1b.1 e 1b.2.

Per manutenzione preventiva così come per manutenzione full risk si intende un contratto di manutenzione avente le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1b).

Tutti le parti soggetti ad usura che dovranno essere sostituite durante le attività manutentive sia preventive che full risk così come tutti i pezzi di ricambio, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria e dovranno essere originali o, se compatibili, certificati tali dalla Impresa produttrice.

Circa le verifiche funzionali e tarature effettuate da centri accreditati, le stesse devono avvenire secondo le modalità fissate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1b).

In particolare i controlli di funzionalità e le tarature effettuate da centri accreditati ACCREDIA o da organismi firmatari del mutuo riconoscimento EA o ILAC e quelle effettuate dagli Istituti Metrologici Primari sono volti alla verifica delle prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal fabbricante o a criteri definiti da ARPAB.

Tutte le attività devono essere svolte in conformità ai protocolli (o linee guida) specifiche del fabbricante, opportunamente validati ai sensi delle normative UNI (UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI

EN ISO 10012) ovvero conformi alle procedure di centri di taratura accreditati o riconosciuti come equivalenti.

Circa la verifica delle attività (report), la ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di ciascun semestre solare, una rendicontazione dell'attività effettuata mediante prospetto riepilogativo elaborato in accordo con il Direttore dell'esecuzione contrattuale dell'ARPAB e dovrà riportare tutte le indicazioni e informazioni elencate dettagliatamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1b).

La Ditta appaltatrice assume l'onere di esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature di cui agli Allegati 1b.1 e 1b.2, comprese nel canone di manutenzione offerto.

Su specifica richiesta di ARPAB potranno essere richieste ulteriori verifiche di sicurezza elettrica anche su apparecchiature non comprese nell'elenco, stimate in 50 interventi annui, non vincolanti, al prezzo unitario offerto in sede di gara.

Le apparecchiature dovranno essere soggette a prove strumentali di verifica dei parametri di sicurezza elettrica con modalità previste dalle specifiche norme tecniche, dalle disposizioni legislative di riferimento, e con le frequenze indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1b).

In particolare dovranno essere effettuate almeno le seguenti verifiche:

- misura della resistenza del conduttore della protezione
- misura della resistenza di isolamento
- misura delle correnti di dispersione verso terra.