



LOTTO 5: Letti per degenza BARIATRICO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

COMMISSIONE GIUDICATRICE										
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA			MALVESTIO SPA				BETAFIN SPA			
			1				2			
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA		Punti	Giudizio sintetico	Coeff.	Coeff. Rip.	Punti	Giudizio sintetico	Coeff.	Coeff. Rip.	Punti
1	Caratteristiche tecniche, in relazione alla destinazione d'uso (superficie operativa, sponde laterali, testiera e pediera, sistema carrellato, alimentazione elettrica ausiliaria, peculiarità tecniche della struttura del letto che garantiscono confort e sicurezza)	12	BUONO	0,7	0,72	8,66	OTTIMO	0,97	1,00	12,00
2	Movimentazioni disponibili, in relazione alla destinazione d'uso (tipo di regolazioni ed escursioni)	11	BUONO	0,7	0,70	7,70	OTTIMO	1	1,00	11,00
3	Gestione comandi, in relazione alla destinazione d'uso (tipo e gestione delle movimentazioni e funzioni disponibili, semplicità di utilizzo, sistemi di sicurezza,...)	10	BUONO	0,66	0,66	6,60	OTTIMO	1	1,00	10,00
4	Sistema di pesatura (portata, display, parametri impostabili e visualizzabili interfacce...	4	OTTIMO	0,93	1,00	4,00	BUONO	0,72	0,77	3,10
5	Accessori, in relazione alla destinazione d'uso (tipologia, caratteristiche e gestione, disponibilità di accessori e accessori offerti)	6	BUONO	0,73	0,73	4,38	OTTIMO	1	1,00	6,00
6	Portata / peso (carico di lavoro sicuro) e dimensioni (range variabilità)	9	BUONO	0,68	0,91	8,16	BUONO	0,75	1,00	9,00
7	Ergonomia e sanificazione, in relazione alla destinazione d'uso (dimensioni, trasportabilità, semplicità di gestione e sanificazione,)	6	BUONO	0,64	0,64	3,84	OTTIMO	1	1,00	6,00
8	Caratteristiche superficie di trattamento del paziente offerta	7	BUONO	0,73	0,73	5,11	OTTIMO	1	1,00	7,00
9	Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica	5	BUONO	0,75	0,94	4,69	BUONO	0,8	1,00	5,00
TOTALE		70	53,14				69,10			
RIPARAMETRAZIONE			53,83				70,00			


 Presidente

 Segretario