




LOTTO 4 Letti per degenza PSCHIATRICA

COMMISSARIO B

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		MALVESTIO SPA		FAVERO HEALTH PROJECTS SPA		Linet Italia S.r.l.	
		1		2		3	
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	Punti	Giudizio sintetico	Coeff.	Giudizio sintetico	Coeff.	Giudizio sintetico	Coeff.
1 Caratteristiche tecniche, in relazione alla destinazione d'uso (superficie operativa, sponde laterali, testiera e pediera, sistema carrellato, alimentazione elettrica ausiliaria, peculiarità tecniche della struttura del letto che garantiscono confort e sicurezza)	15	BUONO	0,8	SUFFICIENTE	0,6	OTTIMO	1
2 Movimentazioni disponibili (tipo di regolazioni ed escursioni)	10	BUONO	0,8	BUONO	0,7	BUONO	0,8
3 Gestione comandi (tipo e gestione delle movimentazione e funzioni disponibili)	8	OTTIMO	0,9	BUONO	0,7	OTTIMO	1
4 Sistema di sicurezza e/o soluzioni per l'utilizzo sicuro del letto nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (tipologia e gestione)	13	BUONO	0,8	BUONO	0,7	OTTIMO	1
5 Accessori, in relazione alla destinazione d'uso (tipologia, caratteristiche e gestione, disponibilità di accessori e accessori offerti)	3	BUONO	0,8	BUONO	0,8	OTTIMO	1
6 Portata / peso (carico di lavoro sicuro)	5	BUONO	0,8	BUONO	0,8	OTTIMO	0,9
7 Ergonomia e sanificazione, in relazione alla destinazione d'uso (dimensioni, trasportabilità, semplicità di gestione e sanificazione,)	9	BUONO	0,8	BUONO	0,8	BUONO	0,8
8 Gamma di colori disponibili	2	BUONO	0,8	BUONO	0,7	OTTIMO	0,9
9 Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica	5	OTTIMO	1	BUONO	0,8	SUFFICIENTE	0,6
TOTALE	70						




 Perito/a