



**PROCEDURA APERTA PER LA REVISIONE EVOLUTIVA DEL RIS-PACS REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

**SIMOG N. 7431573 – CIG 7903229EE0**

**Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute al 25/10/2019**

**Protocollo n. 177612 del 25/10/2019 (Marca temporale: TS: 807-Ingresso/MT/1 2019-10-25 17:09:53)**

Con riferimento alla procedura in oggetto, in considerazione della determinazione dirigenziale n. 20AB.2019/D.00163 del 15/10/2019 e dei relativi allegati, si chiede di chiarire:

- a) Se il materiale hardware previsto ad integrazione è escluso dalla fornitura della gara di appalto SIMOG N. 7431573 – CIG 7903229EE0 e direttamente affidato alla società Ebit - Esaote
- b) Se il materiale hardware previsto ad integrazione, qualora escluso, essendo di nuova fornitura, potrà essere riutilizzato per la gara d'appalto RIS-PACS ovvero potrà essere escluso dalla fornitura dei singoli proponenti
- c) Di giustificare le mutate esigenze hardware di workstation e client per la ASP in quanto si è passati da una richiesta di 25 client RIS per tutta la ASM a 36 senza però dettagliare se si tratta del Polo Sanitario Madre Teresa di Calcutta e del PO di Venosa.
- d) L'aggiornamento del software SUITESTENSA e la variazione della architettura descritta nei documenti è ad integrazione della gara di appalto ovvero ad integrazione di quanto definito nel capitolato tecnico. In caso contrario non si capisce come sia possibile aggiornare il software SUITESTENSA per un fornitore diverso. Inoltre, l'aggiornamento del software non è una attività riutilizzabile dal fornitore che si aggiudicherà la gara. Questi elementi sembrano favorire il fornitore attuale.
- e) Se la componente hardware e storage ad integrazione potrà essere riutilizzata dal fornitore aggiudicatario. Tale esigenza nasce perchè, leggendo i documenti di integrazione, si intuisce che i server e gli storage saranno utilizzati dalla SUITESTENSA.
- f) Nel documento 1-AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO RIS-PACS\_ASP, cap.1 Introduzione, la workstation che fa riferimento al capoverso riportato di seguito è inclusa nell'elenco delle workstation e di quale tipologia si tratta. "In conseguenza di ulteriori contatti intercorsi alle vie brevi, ed alla manifestata esigenza di una ulteriore postazione di refertazione mammografica, è stata aggiunta alla configurazione individuata un'ulteriore workstation con dotazione di monitor di servizio".

**RISPOSTA**

Punto a) Il materiale hardware previsto quale integrazione dell'esistente è necessario al buon funzionamento dell'attuale sistema. Non ancora è stato acquistato e verrà acquisito con procedura di evidenza pubblica. È una scelta della DA escluderlo dalla fornitura.

Punto b) Il materiale hardware previsto quale integrazione dell'esistente potrà essere riutilizzato dal subentrante e sarà una scelta dei concorrenti escluderlo o includerlo nella fornitura.



Punto c) Il numero di postazioni previste si ricava da un censimento dello stato attuale dei vari siti di ASP che sono: Poliambulatorio Potenza, Ospedale Venosa, Poliambulatorio di Muro Lucano, Poliambulatorio di Santarcangelo, Pod di Chiaromonte, Pod di Lauria e Pod di Maratea. Il numero di PDL da sostituire include anche quelle a servizio dei Robot per la masterizzazione degli esami.

Punto d) l'aggiornamento rappresenta un mero allineamento alle configurazioni software delle altre Aziende che hanno già provveduto precedentemente ad aggiornarlo. Si rende indispensabile perché è necessario riconfigurare da subito l'architettura del PACS che, per le mutate configurazioni delle Aziende a seguito delle leggi di riordino del SSR, deve inglobare tutte le strutture ASP che prima erano indirizzate su altri PACS allocati in strutture ospedaliere oggi gestite dal San Carlo ed in via di dismissione.

Punto e) l'aggiornamento della componente hardware e storage si rende necessario per consentire l'adeguamento della soluzione attuale alla mutata organizzazione Aziendale. Quella esistente rispecchia l'organizzazione delle Aziende precedente addirittura alla legge 12. La componente sarà utilizzata dalla SUITESTENSA fino a quando sarà in esercizio ma potrà essere utilizzata dal subentrante ove dovesse sostituirla.

Punto f) Si tratta di una ulteriore workstation di mammografia che si è resa necessaria per accompagnare l'attività di un secondo mammografo con tomosintesi installato c/o il Poliambulatorio di Potenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Antonio Tedesco