

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI OCCORRENTI A VARIE U.O.
DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA.**

SIMOG n. 7485024

Allegato 1a

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'oggetto della fornitura è costituito da monitor multiparametrici e sistemi di monitoraggio (monitor posto letto e centrale) per la rilevazione dei parametri vitali occorrenti all'A.S.M. di Matera.

Sono previsti quattro lotti indivisibili ed aggiudicabili singolarmente, come specificato nella tabella sottostante.

LOTTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	Monitor Amagnetico per Risonanza Magnetica	1
2	Monitor multiparametrici per varie UU.OO.	22
	Sistema di monitoraggio (n. 10 posti letto e centrale) per geriatria-neurologia	1
3	Monitor multiparametrici per Antisala di Sala Operatoria	15
4	Sistema di monitoraggio (monitor posto letto e centrale)	2

Sono incluse nella fornitura:

1. l'installazione dei dispositivi oggetto di fornitura;
2. l'avviamento e collaudo incluse le attività di verifica di sicurezza elettrica, verifiche di qualità e funzionali come da normativa applicabile;
3. le attività di formazione del personale sanitario e tecnico all'uso clinico ed alla gestione;

La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, in forma singola, consorziata ovvero associata, anche temporaneamente, è tenuta a fornire relativamente all'esecuzione della presente fornitura, capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali.

In particolare, la procedura di gara verrà espletata dal Centro aggregatore Regionale SUA-RB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata), per conto della Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Le caratteristiche tecniche della fornitura ed i criteri di valutazione dei sistemi in oggetto sono riportate negli allegati al disciplinare di gara.

Gli importi sono riportati nel quadro economico, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm.e ii., e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA		
A	FORNITURA ED INSTALLAZIONE	
A1	Lotto 1	€ 60.000,00
A2	Lotto 2	€ 172.000,00
A3	Lotto 3	€ 130.000,00
A4	Lotto 4	€ 207.000,00
A5	TOTALE FORNITURE (A1+A2+A3+A4)	€ 569.000,00
B1	IVA (22% DI A5)	€ 125.180,00
	TOTALE PROGETTO (A5+B1)	€ 694.180,00

L'importo complessivo massimo a base di gara, ai sensi del comma 4, art. 35 del D.Lgs. n. 50, comprensivo di ogni onere e spesa nonché dei costi relativi alla sicurezza e di **24 mesi di garanzia**, con assistenza tecnica di tipo full risk, è stabilito come di seguito indicato:

BASE D'ASTA		
A	FORNITURA ED INSTALLAZIONE	
A1	Lotto 1	€ 60.000,00
A2	Lotto 2	€ 172.000,00
A3	Lotto 3	€ 130.000,00
A4	Lotto 4	€ 207.000,00
A6	TOTALE FORNITURE (A1+A2+A3+A4)	€ 569.000,00

Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d'asta.

Gli importi a base di gara sono stati valutati, ponderati e definiti dopo aver effettuato delle ricerche di mercato per la categoria CND dei dispositivi oggetto della gara (Z1203020201 – monitor multiparametrici al posto letto, Z1203020202 - monitor multiparametrici trasportabili/portatili e Z12030201 - centrali monitoraggio), prendendo a riferimento i prezzi di aggiudicazione delle singole aziende del Servizio Sanitario Nazionale o di altre centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di altre regioni, tramite ricerca delle aggiudicazioni e delle relative configurazioni offerte, quando presenti, nei provvedimenti di affidamento della fornitura delle singole Stazioni Appaltanti.

Il prezzo utilizzato come base d'asta risulta una media dei costi di aggiudicazione delle centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di altre regioni e quelli delle singole Stazioni Appaltanti, tenuto conto del costo di accessori, aggiuntivi o in meno, rispetto alle configurazioni individuate (i.e. moduli parametrici, funzioni software, etc.) e di una percentuale di maggiorazione per assicurare ampia partecipazione.

L'azienda si riserva, per il lotto 2 e per il lotto 4, il successivo acquisto di ulteriori monitor o trasmettitori telemetrici, con relativo sistema di trasmissione/ricezione dei segnali. Pertanto prevede un'eventuale spesa opzionale come di seguito riportato:

- lotto 2: € 20.000,00 (euro ventimila/00);
- lotto 4: € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00).

L'Azienda ritiene altresì che una corretta gestione dei dispositivi oggetto della fornitura preveda che gli stessi debbano essere sottoposti a manutenzione di tipo "full-risk" post garanzia, per la loro vita utile, che viene stimata in anni 8.

Il costo annuo del contratto di manutenzione è stato determinato utilizzando il costo massimo previsto per lo stesso (8% del costo della fornitura). Il periodo post-garanzia è stato determinato utilizzando il periodo massimo, corrispondente alla minore durata del periodo di garanzia offerto. Si è dunque previsto di acquisire in opzione anche il contratto di manutenzione, per n. 6 anni per i dispositivi di tutti i lotti, per complessivi Euro **273.120,00** (Euro duecentosettantatremilacentoveventi/00), oltre I.V.A..

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo di ogni onere e spesa, è pari a Euro **907.120,00** (Euro nevecentosettemilacentventi/00), oltre I.V.A.

Nota: al fine di permettere all'Azienda una migliore gestione dei sistemi oggetto di gara, le Ditte partecipanti dovranno quotare nell'offerta economica, indicando prezzo di listino e sconto applicato, il dettaglio dei consumabili (es. cavi connessione paziente, bracciali NIBP, sensori riutilizzabili) ed il materiale di consumo dedicato. Dovrà essere indicato inoltre, se questi siano di produzione della Ditta partecipante o di terze parti, nonché il codice CND e il numero di repertorio (RDM) dei dispositivi.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico delle Aziende, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento.

Le fonti di finanziamento, il codice unico di progetto (CUP) ed il CPV del progetto risultano essere i seguenti:

Azienda	Fonte finanziamento	CUP	CPV
ASM	D.G.R. 1486/2015, D.G.R. 134/2017; D.G.R. 550/2018	D96G15001790002	33195000-3: sistemi di monitoraggio paziente
	D.G.R. 971/2018, Determina 13AU.2018/D.00316/2018	D97H18001810006	
	D.G.R. 1144/2018, Determina 13AU.2018/D.00390/2018	D57H18002020001	

Si propone l'adozione del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, stante la natura altamente specialistica delle forniture, che impone particolare attenzione alle qualità costruttive.

Gli standard minimi di qualità dei beni sono quelli riportati nell'Allegato "Caratteristiche minime della fornitura e del servizio di assistenza tecnica". Nel medesimo allegato vengono indicati i documenti tecnici che si ritiene opportuno far presentare alle ditte partecipanti perché la Commissione Giudicatrice possa valutare in modo esaustivo le offerte pervenute.

Al fine di poter saggiare de visu le caratteristiche e le funzionalità dei prodotti offerti, si ritiene utile prevedere una sessione dimostrativa (DEMO) per valutare le potenzialità del sistema offerto. Si riassumono nel seguito gli aspetti salienti relativi a detta fase procedurale:

1. La fase dimostrativa è obbligatoria;
2. La fase dimostrativa si svolgerà presso un locale appositamente adibito dalla ASM;
3. La comunicazione relativa allo svolgimento della fase dimostrativa sarà data alle ditte partecipanti con non meno di 15 giorni di preavviso;
4. Nel caso si ritenesse necessario svolgere la DEMO su più giornate, a seconda del numero di offerte presentate, le ditte saranno convocate seguendo l'ordine di arrivo delle offerte ed il giorno fissato sarà tassativo;
5. Nel giorno fissato per lo svolgimento della DEMO, tutti gli operatori che hanno presentato offerta saranno messi a confronto. Verrà chiesto loro di illustrare, alla eventuale presenza degli altri

concorrenti, le funzionalità dei sistemi offerti, in modo da poter verificare quanto di seguito indicato:

- a. Rispondenza ai requisiti minimi richiesti;
- b. Performance dei sistemi offerti, correlandole in particolare ai criteri di attribuzione dei punteggi individuati, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione esaustiva ed oggettiva rispetto alle caratteristiche esemplificate nella griglia di valutazione.

Si specifica che durante la fase dimostrativa non saranno effettuate valutazioni di carattere tecnico e che la commissione giudicatrice procederà ad effettuare la valutazione e ad attribuire i punteggi successivamente, in seduta riservata. Sarà onere della commissione giudicatrice garantire il mantenimento della riservatezza di informazioni coperte da brevetto e/o da segreto industriale.

La ASM eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Prima dell'installazione dei dispositivi:

- a. la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:
 1. eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 2. introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
- b. L'Azienda hanno il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, miglorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.