

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI OCCORRENTI A VARIE U.O. DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA. SIMOG 7485024

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute fino al 13/09/2019.

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 142899 del 03/09/2019 (Marca temporale: 682/T 2019-09-03 16:01:40)		
1	Lotto 2: in relazione alla richiesta di monitor completi di tutti gli accessori d'uso (cavi, sonde, bracciali, sensori, elettrodi, per ogni tipo di parametro misurato) per le diverse fasce età di destinazione, si chiede conferma che l'accessoristica neonatale sia da prevedere per i soli 2 monitor destinati alla Neonatologia di Matera.	Si conferma che l'accessoristica neonatale è da prevedere solo per i monitor destinati alla neonatologia.
2	Lotto 2: in relazione al parametro di temperatura si chiede di specificare se ritenuto sufficiente il raccordo per sonde con attacco standard YSI-400 o se sia necessario fornire sonde riutilizzabili ed eventualmente di che tipologia (es. cutanea).	Si richiede anche la fornitura di sonde cutanee riutilizzabili (almeno n. 1 per monitor).
3	Lotto 2: in relazione alla richiesta per i monitor destinati al PUA-ADI di modulo etCO2, si chiede se in caso di approccio modulare sia necessario fornire n. 6 moduli oppure se ritenuto sufficiente un numero inferiore (in tal caso si chiede di specificare i quantitativi) di moduli etCO2 utilizzabili su tutti e 6 i monitor destinati al PUA-ADI.	Si conferma che è necessario fornire n. 6 moduli.
4	Lotto 3: in relazione alla richiesta di rilevazione ECG, premesso che ogni monitor sia predisposto per il monitoraggio ECG fino a 12 derivazioni, si chiede di chiarire quanti cavi a 12 derivazioni (10 elettrodi) sono richiesti per ciascun P.O. (non trattandosi di UTIC non dovrebbe essere necessario/funzionale un cavo a monitor) e se per il monitoraggio continuo dell'ECG sono richiesti cavi a 3 o a 5 derivazioni per ciascun monitor.	Si richiedono n. 15 cavi a 5 derivazioni e n. 7 cavi a 12 derivazioni.
5	Lotto 3: in relazione al parametro di temperatura si chiede di specificare se ritenuto sufficiente il raccordo per sonde con attacco standard YSI-400 o se sia necessario fornire sonde riutilizzabili ed eventualmente di che tipologia (es. cutanea).	Si richiede anche la fornitura di sonde cutanee riutilizzabili (almeno n. 1 per monitor).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
6	Lotto 3: si chiede conferma che l'analisi del segmento QT/QTc debba essere eseguita dal monitor contestualmente all'analisi delle 12 derivazioni diagnostiche	Si conferma la richiesta dell'analisi del segmento QT/QTc. Le modalità (es. contemporaneamente ad altre analisi, etc.) con cui viene eseguita sarà oggetto di valutazione della commissione.
7	Lotto 4: in relazione alla richiesta per i monitor posto letto di rilevazione ECG, premesso che ogni monitor sia predisposto per il monitoraggio ECG fino a 12 derivazioni, si chiede di chiarire quanti cavi a 12 derivazioni (10 elettrodi) sono richiesti per ciascun reparto (non trattandosi di UTIC non dovrebbe essere necessario/funzionale un cavo a monitor) e se per il monitoraggio in continuo dell'ECG sono richiesti cavi a 3 o a 5 derivazioni per ciascun monitor	Per questo lotto si conferma la necessità di un cavo a 10 poli (12 derivazioni) per monitor.
8	Lotto 4: in relazione al parametro di temperatura si chiede di specificare se ritenuto sufficiente il raccordo per sonde con attacco standard YSI-400 o se sia necessario fornire sonde riutilizzabili ed eventualmente di che tipologia (es. cutanea).	Si richiede anche la fornitura di sonde cutanee riutilizzabili (almeno n. 1 per monitor).
9	Lotto 4: in relazione alla richiesta per i monitor posto letto di n°4 moduli per la pressione invasiva (IBP), si chiede se la richiesta di n.56 moduli IBP in totale trattasi di rifiuto (quantitativi a nostro parere ridondanti in relazione anche alla destinazione d'uso dei monitor).	Trattasi di rifiuto. Il numero è da intendere è 4 in totale.
10	Lotto 4: in relazione alla richiesta per i monitor posto letto di cui al punto 10. Funzione Sepsi e suoi sottopunti si chiede se, a garanzia di una più ampia partecipazione, tale funzionalità possa ritenersi non a pena esclusione, rimanendo facoltà della commissione di gara valutarla qualitativamente.	Si conferma la richiesta della funzionalità riportata al punto 10 come obbligatoria.
11	Lotto 4: in relazione alla richiesta per i monitor da trasporto di display a colori, da almeno 8, considerato che la gestione dei trasporti viene effettuata da tutti i principali produttori con moduli/monitor dotati di display che variano fra i 3,5 e i 7, si chiede se verranno accettati monitor con display di dimensione inferiore a quella richiesta potendo la commissione di gara valutare qualitativamente tale specifica.	Si possono accettare monitor di misura inferiore. La soluzione proposta sarà valutata dalla commissione giudicatrice.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi di monitoraggio dei parametri vitali occorrenti a varie U.O. della Azienda Sanitaria Locale di Matera.

SIMOG 7485024

N.	QUESITO	RISPOSTA
----	---------	----------

Protocollo 147359 del 11/09/2019 (Marca temporale: 707/T 2019-09-11 16:27:02)

12	Si chiede di confermare che la comprova del requisito di capacità tecnica professionale possa essere soddisfatto in alternativa ai certificati di buona esecuzione rilasciati dagli Enti, anche con la presentazione delle fatture emesse.	In fase di presentazione dell'istanza di partecipazione i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere autodichiarati dal concorrente attraverso la compilazione delle pertinenti sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E. Allegato 3b alla documentazione di gara). In fase di comprova del requisito le modalità alternative alla presentazione dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, saranno valutate secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del disciplinare di gara.
13	Si chiede di confermare che le certificazioni di conformità CE possano essere presentate in lingua originale	Si conferma. Le certificazioni di conformità CE possono essere presentate in lingua inglese.

Protocollo 147361 del 11/09/2019 (Marca temporale: 708/T 2019-09-11 16:35:35)

14	Nel capitolato di gara non è menzionata la possibilità di effettuare i sopralluoghi nei siti di riferimento. Si chiede la possibilità di effettuare tali sopralluoghi necessari.	La documentazione di gara non prevede la possibilità di sopralluogo in quanto non ritenuto necessario per la corretta definizione dell'offerta. Inoltre, vista la tempistica di gara, non sarebbe in ogni caso possibile l'organizzazione dei sopralluoghi.
----	--	--

Protocollo 148034 del 12/09/2019 (Marca temporale: 712/T 2019-09-12 15:30:21)

15	Il disciplinare prevede che l'offerta economica generata dal sistema debba essere presentata in marca da bollo. Essendo generata dal sistema si chiede che il bollo possa essere assolto con il pagamento tramite modello F23.	Si conferma. E' possibile, in alternativa all'applicazione e annullamento della marca da bollo sulla copia cartacea dell'offerta economica conservata a fini fiscali presso la propria sede legale, assolvere all'imposta di bollo mediante l'utilizzo del modello F23, indicando il codice tributo 456T ed il codice Ufficio TCK .
----	--	--

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi di monitoraggio dei parametri vitali occorrenti a varie U.O. della Azienda Sanitaria Locale di Matera.

SIMOG 7485024

N.	QUESITO	RISPOSTA
----	---------	----------

Protocollo 148167 del 12/09/2019 (Marca temporale: 713/T 2019-09-12 16:53:43)

16	<p>Con riferimento al Lotto n. 2, nell'allegato 1c "Configurazione e caratteristiche tecniche" a pag. 6 di 14 punto 3 "Interfaccia utente" paragrafo e, viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Visualizzazione, nella schermata principale di almeno 4 tracce per ogni paziente e relativi parametri numerici. <p>A nostro avviso la visualizzazione di n. 4 tracce per ogni paziente, quindi 40 tracce simultanee su singolo display, risulterebbe di difficile gestione per il personale.</p> <p>Si suggerisce pertanto di ridurre la richiesta a n. 3 tracce per ogni paziente e quindi 30 tracce simultanee, in modo da garantire una migliore gestione per il personale utilizzatore.</p>	<p>La soluzione che prevede n. 3 tracce per paziente è considerata accettabile. La commissione di gara valuterà, tramite la griglia di valutazione, la soluzione proposta.</p>
----	--	--

Protocollo 148235 del 12/09/2019 (Marca temporale: 714/T 2019-09-12 18:00:00)

17	<p>Si chiede di conoscere se nel codice CPV 33195000-3 (sistema di controllo dei pazienti a distanza) della gara in oggetto sia compresa la fornitura di ecografi, ECG e defibrillatori dotati di sistemi di monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti.</p>	<p>L'oggetto della presente fornitura riguarda solo monitor multiparametrici e un sistema di telemetria (opzionale), come da requisiti minimi riportati in capitolato tecnico.</p>
----	--	--

Protocollo 148239 del 12/09/2019 (Marca temporale: 715/T 2019-09-12 18:06:14)

18	<p>In riferimento all'allegato 1c (Caratteristiche minime), per il lotto 4, nella descrizione del MONITOR POSTO LETTO, al punto 3g, si richiedono n° 4 MODULI per la pressione invasiva (IBP); si chiede se si intende 4 CANALI per ogni monitor per la pressione invasiva (IBP) o 4 moduli in numero totale per l'intera fornitura.</p>	<p>Trattasi di refuso. Il numero è da intendere è 4 in totale.</p>
19	<p>In riferimento al lotto 4, si chiede se i 2 monitor posto letto in opzione (da acquistare successivamente) per il Pronto soccorso del P.O. di Matera sono da considerarsi compresi nella base d'asta del lotto di 207.000,00.</p>	<p>I monitor opzionali non rientrano nel computo della base d'asta (ma solo nel valore complessivo dell'appalto)</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi di monitoraggio dei parametri vitali occorrenti a varie U.O. della Azienda Sanitaria Locale di Matera.

SIMOG 7485024

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
20	Si chiede inoltre se all'interno della stessa base d'asta sono compresi i moduli (da quotare in opzione se non compresi) di cui al punto 4 e al punto delle caratteristiche minime richieste per i Monitor posto letto e la stazione Gateway HL7 di cui al punto 8-f delle caratteristiche minime richieste per le centrali.	Si conferma che il gateway HL7 non rientra nel computo della base d'asta. Va quotato in opzione per un eventuale acquisto futuro. Invece per i moduli parametrici richiesti come preferenziali: se vengono compresi in offerta (con attribuzione di maggior punteggio qualità), il valore complessivo della stessa non deve comunque superare la base d'asta di 207.000,00. Altrimenti vanno quotati in opzione per un eventuale acquisto successivo.

Il R.U.P. della centrale di committenza
ing. Giuseppe BIANCHINI

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi di monitoraggio dei parametri vitali occorrenti a varie U.O. della Azienda Sanitaria Locale di Matera.

SIMOG 7485024