

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER IL LABORATORIO DI GENETICA DEL P.O. "MADONNA DELLE GRAZIE" DI MATERA DELL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA.

(SIMOG n. 7894577)

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute a tutto il 26/10/2020 ore 12:00.

Tranche III

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 1160-Ingresso/MT/1 del 23/10/2020 (Marca temporale: 1160-Ingresso/MT/1 2020-10-23 11:22:24)		
6	<p>Richiesta di chiarimento</p> <p>Ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b-bis), d.lgs. 50/2016, le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro (75.000 euro a seguito del d.l. "semplificazioni") caratterizzate da notevole contenuto tecnologico sono aggiudicate esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non, come immotivatamente previsto nel caso di specie, al prezzo più basso. Si chiedono chiarimenti in merito e si invita alla rettifica del metodo di aggiudicazione con conseguente proroga dei termini per la presentazione delle offerte.</p>	<p>L'aggiudicazione della procedura aperta articolata in n. 19 lotti, come stabilito nella disciplina di gara, avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none">-con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per i lotti dal n.1 al n. 14 e per i lotti n. 16 e n.17, ritenendo che la fornitura in oggetto posta a base di gara presenti caratteristiche standardizzate così come indicate nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale;-con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per i lotti n. 15, n. 18 e n. 19, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. <p>Non è possibile alcuna proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte in quanto non vi è alcuna modifica della documentazione di gara e in ragione dei tempi molto stringenti imposti dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto semplificazioni) per la conclusione della procedura.</p>

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo n. 1162-Ingresso/MT/1 del 23/10/2020 (Marca temporale: 1162-Ingresso/MT/1 2020-10-23 12:10:26)		
7	QUESTITO N. 1 Si chiede di precisare la durata della fornitura, poiché tra i documenti di gara, in alcuni punti si parla di 48 mesi in altri di 60 mesi	La presente procedura di gara è finalizzata alla conclusione di un <u>Accordo Quadro</u> con un solo operatore economico per ciascun lotto della durata di 48 (quarantotto) mesi , decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, come stabilito a pag. 13 di 44 del Disciplinare di gara. Durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, l'Azienda sanitaria committente può emettere singoli <u>Contratti attuativi</u> di fornitura in adesione allo stesso, di durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dei Contratti medesimi (Vedasi punto 4.1 del disciplinare di gara)
	QUESTITO N. 2 Si chiede di confermare che sia possibile assolvere all'imposta di bollo attraverso il modello F24	Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo il concorrente potrà procedere anche mediante il modello F23 (e non F24) . Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta di bollo mediante il modello F23 si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate www.Agenziaentrate.gov.it .
	QUESTITO N. 3 Si chiede di confermare che i documenti di gara vanno restituiti firmati per accettazione all'interno della busta amministrativa	Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente come stabilito a pag. 25 di 44 del Disciplinare di gara.
	QUESTITO N. 4 Con riferimento alla continua situazione di urgenza legata al diffondersi del Coronavirus, che vede le aziende operanti nel comparto sanità impegnate nella sua gestione, e alle misure eccezionali adottate, si chiede di poter presentare la documentazione tecnica in lingua italiana, corredata da traduzione semplice, accompagnata da autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la copia conforme all'originale.	Non essendo possibile a mezzo di chiarimenti modificare o integrare la disciplina di gara si ribadisce quanto stabilito a pag. 26 di 44 del Disciplinare di gara ovvero "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana." "È consentito presentare direttamente in lingua inglese esclusivamente la certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001."

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – TRANCHE III

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER IL LABORATORIO DI GENETICA DEL P.O. "MADONNA DELLE GRAZIE" DI MATERA DELL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA. - (SIMOG n. 7894577)

N.	QUESITO	RISPOSTA
----	---------	----------

Protocollo n. 201405 del 24/10/2020 (Marca temporale: 1165-Ingresso/MT/1 2020-10-24 18:17:18)

8	<p>BOLLO</p> <p>Spett.le Ente in relazione alle problematiche covid che comportano lo smart working, siamo impossibilitati ad applicare i bolli sulla domanda di partecipazione e sulla offerta economica.</p> <p>Si chiede conferma della possibilità di assolvere imposta di bollo virtualmente allegando relativa autorizzazione da parte dell'agenzia delle entrate.</p>	Si conferma
---	--	-------------

Protocollo n. 201406 del 24/10/2020 (Marca temporale: 1166-Ingresso/MT/1 2020-10-24 18:20:00)

9	<p>DICHIARAZIONE ANTIMAFIA</p> <p>Spett.le Ente in relazione alla dichiarazione antimafia si chiede conferma della possibilità di allegare le dichiarazioni antimafia rese in nome proprio da ciascun soggetto membro cda, procuratori sindaci e socio unico.</p>	Nella disciplina di gara si stabilisce che la dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'informazione antimafia potrà essere redatta sul modello predisposto (Allegato H3) e messo a disposizione all'indirizzo internet https://www.sua-rb.it/N/G00271 , ma nulla vieta che si possano allegare le dichiarazioni antimafia rese in nome proprio da ciascun soggetto membro cda, procuratori sindaci e socio unico.
---	--	---

Protocollo n. 1167-Ingresso/MT/1 del 26/10/2020 (Marca temporale: 1167-Ingresso/MT/1 2020-10-26 11:20:40)

10	<p>CHIARIMENTO 1</p> <p>In riferimento al lotto 16, al fine di garantire la più ampia partecipazione, con la presente si chiede se è sufficiente la certificazione FMF (Fetal Medicine Foundation) per l'utilizzo del test PAPP-A nella diagnosi della Preeclampsia nel 1° trimestre di gravidanza. Si fa presente che nell'algoritmo di calcolo proposto da FMF questo parametro è considerato opzionale e non obbligatorio.</p>	Il parametro viene considerato opzionale
----	--	--

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – TRANCHE III

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER IL LABORATORIO DI GENETICA DEL P.O. "MADONNA DELLE GRAZIE" DI MATERA DELL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA. - (SIMOG n. 7894577)

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
	CHIARIMENTO 2 In riferimento al lotto 16, con la presente si domanda se la richiesta di certificazione FMF (Fetal Medicine Foundation) della strumentazione offerta sia un refuso, in quanto, come è noto, la certificazione FMF è relativa esclusivamente ai reagenti e non alla strumentazione su cui i test in oggetto vengono eseguiti	Trattasi di refuso

Protocollo n. 201942 del 26/10/2020 (Marca temporale: 1168-Ingresso/MT/1 2020-10-26 11:46:35)

11	Lotto N 17 Si richiede di poter offrire 48 test in quanto il formato disponibile è di 24 reazioni/kit	Si conferma la quantità annua di 50 test indicata nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale (Allegato B) in quanto caratterizzante la necessità espressa dall'Azienda sanitaria committente.
	Lotto N 19 In merito alle caratteristiche minime previste dal capitolato speciale di appalto si richiede di specificare per quali reagenti è obbligatorio offrire Marcatura CEIVD.	È richiesta la certificazione CE-IVD almeno per i seguenti kit: <ul style="list-style-type: none">• NIPT (Non Invasive Prenatal Test).• pannello multigenico per tumore alla mammella e ovaio, HNPCC e FAP.• fibrosi cistica.• BRCA1, BRCA2.

Il Responsabile del procedimento
d.ssa Venera LOCICERO

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – TRANCHE III

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER IL LABORATORIO DI GENETICA DEL P.O. "MADONNA DELLE GRAZIE" DI MATERA DELL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA. - (SIMOG n. 7894577)