

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA ED ATTREZZATURA DA CAMPO
OCCORRENTI ALL'ARPA BASILICATA" (art. 63 c. 2 lett. a D. Lgs n. 50/2016) – SIMOG n. 7375669.**

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute al 04/04/2019.

Tranche I

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 59144 dell'04/04/2019 (Marca temporale: 273/T 2019-04-04 11:47:37)		
1	Rif. Lotto 10) Pos 5) Fotocopiatore a colori multifunzione scanner; Al fine di consentirci la formulazione dell'offerta più performante alle Vs. esigenze, Vi chiediamo di volere fornire le seguenti indicazioni tecniche: * velocità richiesta della macchine mediante indicazione del numero delle copie al minuto bianco / nero e delle copie al minuto a colori.	Velocità di Stampa: <ul style="list-style-type: none">▪ B/N min. 30 ppm▪ Colore min. 28 ppm
2	Rif. Lotto 10) Punto 8) Server con Windows 2012 R2; Da un'indagine di mercato da noi condotta, il Server richiesto risulta essere obsoleto e non più in produzione (con particolare riferimento ai n. 4 alimentatori ridondanti richiesti e alla tipologia di sistema operativo descritto); Vi chiediamo pertanto di voler cortesemente esplicitare le specifiche occorrenti alle Vs. esigenze adeguate agli attuali hardware e software in commercio e produzione.	<ul style="list-style-type: none">- Processori: min. n. 2 Intel® Xeon® Gold 5118 – 16.5M Cache, 2.30 GHz (espandibile fino a n. 4) – 12 core- Memoria RAM: 256 GB (32GBx8) min. – DDR4 - (Espandibile min. 768 GB)- RAID controller: livelli 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60- Hard Disk: n. 6 Hot-plug da 4 TB SATA, Serial Attached SCSI (SAS) 2.5" (espandibile fino a 8 dischi) - Capacità max di memoria 72 TB- NIC: n. 4 porte Gigabit-Ethernet 10/100/1000-Mbps FullDuplex- Porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A min. 2- Alimentatori: n. 4 unità Hot-plug Redundant (n. 2 installati + n. 2 di riserva supportati)- Dimensioni: max n. 4 U (max n. 4 unità rack da 19")- Tastiera e Mouse (2 pulsanti + rotellina scrolling) con connessione tipo USB- Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition- La fornitura deve includere tutto il necessario al corretto, sicuro ed immediato funzionamento

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
3	<p>Rif. Lotto 11) Pos. 9) Frigorifero da Laboratorio con porta piena;</p> <p>Da una nostra indagine di mercato, la capacità massima prevista per la presente tipologia di frigoriferi è pari a 700 lt e non 850 lt; In alternativa si passa ad una capacità di 1500 lt con n. 2 porte; Vi chiediamo pertanto di voler adeguare tale parametro richiesto;</p> <p>Viene richiesta Porta automatica; Vogliate chiarire se tale parametro indichi la presenza della chiusura automatica mediante serratura meccanica o eventuale altra specifica.</p>	<p>- Una capacità dell'apparecchio di <u>700 litri risulta tollerata</u> per l'uso richiesto; infatti tra le caratteristiche si riportava una capacità <u>di circa 850 lt.</u></p> <p>- Per porta automatica si intende appunto: <i>chiusura automatica con serratura Meccanica.</i></p>
4	<p>-Rif. Lotto 11) Pos. 12) Pompa Peristaltica (per Laboratorio/Preparativa Campioni);</p> <p>Al fine di consentirci la formulazione dell'offerta più performante alle Vostre esigenze, Vi chiediamo di voler fornire le seguenti indicazioni tecniche:</p> <p>Portata richiesta per la pompa;</p> <p>Tipologia Analogica o Digitale;</p> <p>Indicazione del Liquido da trasferire;</p> <p>Indicare la tipologia del sistema filtrante, porosità, dimensioni, tipo di attacchi;</p> <p>Indicare se necessario fornire i raccordi per il collegamento della pompa al sistema filtrante.</p>	<p>Portata regolabile (da 0.001 mL/min a 3400 mL/min) – e capacità di flusso bidirezionale.</p> <p>Tipologia digitale.</p> <p>Liquido da trasferire non viscoso o a bassa viscosità.</p> <p>Sistema filtrante a resine ATLAS. Dimensioni tubo di aspirazione da 13 a 18 mm.</p> <p>Raccordi non necessari (in quanto forniti con il sistema filtrante).</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – TRANCHE I

Procedura negoziata telematica per la fornitura di strumentazione scientifica ed attrezzatura da campo occorrenti all'ARPA Basilicata"

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
5	<p>-Rif. Lotto 11) Punto 28) Server con Windows 2012 R2;</p> <p>Da un'indagine di mercato da noi condotta, il Server richiesto risulta essere obsoleto e non più in produzione (con particolare riferimento ai n. 4 alimentatori ridondanti richiesti e alla tipologia di sistema operativo descritto); Vi chiediamo pertanto di voler cortesemente esplicitare le specifiche occorrenti alle Vs. esigenze adeguate agli attuali hardware e software in commercio e produzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processori: min. n. 2 Intel® Xeon® Gold 5118 – 16.5M Cache, 2.30 GHz (espandibile fino a n. 4) – 12 core - Memoria RAM: 256 GB (32GBx8) min. – DDR4 - (Espandibile min. 768 GB) - RAID controller: livelli 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 - Hard Disk: n. 6 Hot-plug da 4 TB SATA, Serial Attached SCSI (SAS) 2.5" (espandibile fino a 8 dischi) - Capacità max di memoria 72 TB - NIC: n. 4 porte Gigabit-Ethernet 10/100/1000-Mbps FullDuplex - Porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A min. 2 - Alimentatori: n. 4 unità Hot-plug Redundant (n. 2 installati + n. 2 di riserva supportati) - Dimensioni: max n. 4 U (max n. 4 unità rack da 19") - Tastiera e Mouse (2 pulsanti + rotellina scrolling) con connessione tipo USB - Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition - La fornitura deve includere tutto il necessario al corretto, sicuro ed immediato funzionamento.
6	<p>-Rif. Disciplinare di Gara Art. 13) Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara pag. 20) Prescrizione: "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana".</p> <p>Chiediamo, come già previsto e accettato dal Vs. Sistema per altre Procedure di Gara, che venga ammessa la possibilità di presentare documenti in lingua originale almeno per ciò che attiene le Certificazioni di Conformità alle disposizioni di legge Nazionali ed Europee, Certificazioni CEI, Certificazioni CE, Certificazioni di Qualità ISO, eventuali studi scientifici e bibliografici.</p> <p>Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro e porgiamo distinti saluti.</p>	<p>Si è ammessa la possibilità di presentare documenti in lingua originale esclusivamente per quanto riguarda le Certificazioni.</p>

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Andriani

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – TRANCHE I

Procedura negoziata telematica per la fornitura di strumentazione scientifica ed attrezzatura da campo occorrenti all'ARPA Basilicata"