

REGIONE BASILICATA  
**Stazione Unica Appaltante**  
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI  
LAMPADINE SCIALITICHE PER SALA OPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E  
CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA**

**SIMOG n. 7156389**

**Allegato 1a**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

L'oggetto della fornitura è costituito da n. 7 lampade scialitiche per sala operatoria e n. 27 lampade scialitiche per uso diagnostico e chirurgia minore, in tre lotti indivisibili ed aggiudicabili singolarmente, come specificato nella tabella sottostante, occorrenti all'A.S.M. di Matera.

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
N. 1	Lampade Scialitiche per Sala Operatoria	7
N. 2	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo carrellato	18
N. 3	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso	9

Sono incluse nella fornitura:

1. lo smontaggio/disinstallazione delle lampade attualmente installate;
2. adeguamento di cablaggi eventualmente necessario;
3. l'installazione;
4. l'avviamento (incluse le attività di formazione del personale sanitario e tecnico all'uso clinico ed alla gestione) dei dispositivi medici descritti nel seguito:
5. la garanzia per tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento e per un periodo minimo di 48 (quarantotto) mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole;
6. l'assistenza tecnica di tipo "full-risk" per un periodo minimo di 48 (quarantotto) mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, in forma singola, consorziata ovvero associata, anche temporaneamente, è tenuta a fornire relativamente all'esecuzione della presente fornitura, capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali.

In particolare, la procedura di gara verrà espletata dal Centro aggregatore Regionale SUA-RB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata), per conto della Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Le caratteristiche tecniche della fornitura ed i criteri di valutazione dei sistemi in oggetto sono riportate negli allegati al disciplinare di gara.

Considerata la tipologia dei beni che si intende acquisire, sono stati analizzati i rischi di natura interferenziale di cui alla Legge n. 123/2007, al D. L. vo n. 81 del 9/4/2008 e alla Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture); gli stessi sono stati riportati in apposito documento di gara (*Allegato 2 – Prime indicazioni per la stesura del DUVRI*), i relativi importi sono riportati nel quadro economico, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm.e ii., e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA		
<b>A</b>	<b>FORNITURA ED INSTALLAZIONE</b>	
<b>A1</b>	Lampade scialitiche per Sala Operatoria	€ 174.000,00
	Garanzia (aggiuntiva fino a 48 mesi) con assistenza tecnica di tipo full risk	€ 36.000,00
	<b>Totale Lotto 1</b>	<b>€ 210.000,00</b>
<b>A2</b>	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo carrellato	€ 47.100,00

	Garanzia (aggiuntiva fino a 48 mesi) con assistenza tecnica di tipo full risk	€ 9.900,00
	<b>Totale Lotto 2</b>	<b>€ 57.000,00</b>
<b>A3</b>	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso	€ 56.200,00
	Garanzia (aggiuntiva fino a 48 mesi) con assistenza tecnica di tipo full risk	€ 11.800,00
	<b>Totale Lotto 3</b>	<b>€ 68.000,00</b>
<b>A4</b>	Oneri della sicurezza, inclusi gli oneri per interferenza	€ 500,00
	<b>TOTALE FORNITURE (A1+A2+A3+A4)</b>	<b>€ 335.500,00</b>
<b>B</b>	IVA (22% DI A1+A2+A3+A4)	€ 73.810,00
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 409.310,00</b>

L'importo a base di gara, comprensivo di ogni onere e spesa nonché dei costi relativi alla sicurezza, è stabilito come di seguito indicato:

BASE D'ASTA		
A	FORNITURA ED INSTALLAZIONE	
A1	Lampade scialitiche per Sala Operatoria	€ 210.000,00
A2	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo carrellato	€ 57.000,00
A3	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso	€ 68.000,00
A4	Oneri della sicurezza per la soluzione delle interferenze	€ 500,00
	<b>TOTALE FORNITURE (A1+A2+A3+A4)</b>	<b>€ 335.500,00</b>

Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d'asta.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico delle Aziende, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento.

Gli importi a base di gara sono stati valutati, ponderati e definiti dopo aver effettuato delle ricerche di mercato per la categoria CND dei dispositivi oggetto della gara (Z12010701 – LAMPADE SCIALITICHE FISSE e Z12010702 - LAMPADE SCIALITICHE MOBILI), prendendo a riferimento i prezzi di aggiudicazione delle singole aziende del Servizio Sanitario Nazionale o di altre centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di altre regioni, tramite ricerca delle aggiudicazioni e delle relative configurazioni offerte, quando presenti, nei provvedimenti di affidamento della fornitura delle singole Stazioni Appaltanti;

Il prezzo utilizzato come base d'asta risulta una media dei costi di aggiudicazione delle centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di altre regioni e quelli delle singole Stazioni Appaltanti, tenuto conto del costo di accessori aggiuntivi rispetto alla configurazione standard (i.e. monitor, telecamere, etc.) e del costo stimato per ulteriori due anni di garanzia di tipo "full risk" (48 mesi complessivi).

L'Azienda ritiene altresì che una corretta gestione dei dispositivi oggetto della fornitura preveda che gli stessi debbano essere sottoposti a manutenzione di tipo "full-risk" post garanzia, per la loro vita utile, che viene stimata in anni 8.

Il costo annuo del contratto di manutenzione è stato determinato utilizzando il costo massimo previsto per lo stesso (7% del costo della fornitura); il periodo post-garanzia è stato determinato utilizzando il periodo massimo, corrispondente alla minore durata del periodo di garanzia offerto.

L'Azienda Sanitaria si riserva l'opzione di rinnovare il contratto di manutenzione, fino alla decorrenza della vita utile dei dispositivi (8 anni), per tutti i lotti di gara.

Il valore di tale eventuale proroga sarà quantificato in funzione del costo annuo del contratto di manutenzione offerto, e non potrà essere in ogni caso superiore, per tutti i lotti, a **€ 72.464,00** (Euro **settantaduemilaquattrocentosessantaquattro/00**), oltre I.V.A..

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo di ogni onere e spesa, dei costi relativi alla sicurezza e delle opzioni, è pari a **€ 407.964,00** oltre I.V.A., (Euro **quattrocentosettemilanovecentosessantaquattro/00**).

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico delle Aziende, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento.

Le fonti di finanziamento, il codice unico di progetto (CUP), codice unico dell'intervento (CUI) ed il CPV del progetto risultano essere i seguenti:

Azienda	Fonte finanziamento	CUP	CPV
ASM	ADP (D.G.R. n. 1670/2015, D.G.R. n. 472/2017)	<b>D98I6000400003</b>	a) <b>31524110-9</b> : Lampada per sala operatoria b) <b>33167000-8</b> : Lampade chirurgiche c) <b>50400000-9</b> : Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione

Il presente appalto sarà aggiudicato con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, stante la natura altamente specialistica delle forniture, che impone particolare attenzione alle qualità costruttive.

Gli standard minimi di qualità dei beni sono quelli riportati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (*Allegato 1b alla documentazione di gara*). Nel medesimo allegato vengono indicati i documenti tecnici che si ritiene opportuno far presentare alle ditte partecipanti perché la Commissione Giudicatrice possa valutare in modo esaustivo le offerte pervenute.

Al fine di poter saggiare de visu le caratteristiche e le funzionalità dei prodotti offerti, si ritiene utile prevedere una sessione dimostrativa (DEMO) per valutare le potenzialità del sistema offerto. Si riassumono nel seguito gli aspetti salienti relativi a detta fase procedurale:

1. La fase dimostrativa è obbligatoria;
2. La fase dimostrativa si svolgerà presso un locale appositamente adibito dalla ASM;
3. La comunicazione relativa allo svolgimento della fase dimostrativa sarà data alle ditte partecipanti con non meno di 15 giorni di preavviso;
4. Nel caso si ritenesse necessario svolgere la DEMO su più giornate, a seconda del numero di offerte presentate, le ditte saranno convocate seguendo l'ordine di arrivo delle offerte ed il giorno fissato sarà tassativo;

5. Nel giorno fissato per lo svolgimento della DEMO, tutti gli operatori che hanno presentato offerta saranno messi a confronto. Verrà chiesto loro di illustrare, alla eventuale presenza degli altri concorrenti, le funzionalità dei sistemi offerti, in modo da poter verificare quanto di seguito indicato:
- a. Rispondenza ai requisiti minimi richiesti;
  - b. Performance dei sistemi offerti, correlandole in particolare ai criteri di attribuzione dei punteggi individuati, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione esaustiva ed oggettiva rispetto alle caratteristiche esemplificate nella griglia di valutazione.

La ASM eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Prima dell'installazione dei dispositivi:

1. la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:
  - a. eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
  - b. introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
2. le Aziende hanno il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, miglie e legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.