

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA  
APPALTANTE DELLA REGIONE  
BASILICATA (SUA-RB)

REGIONE BASILICATA

UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E  
SOGGETTO AGGREGATORE  
20AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AB.2019/D.00037

DEL 23/2/2019

Codice Unico di Progetto: \_\_\_\_\_

## OGGETTO

Procedura per l'affidamento della fornitura di apparecchiature radiologiche occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, all'Azienda Sanitaria di potenza e all'I.R.C.C.S. Crob di Rionero in Vulture nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Apparecchiature elettromedicali - Aggiudicazione art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

Allegati N. 9 \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”*;
- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza*

della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018 e 758/2018 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018 e 885/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante: “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 01 giugno 2018, n. 474 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;
- VISTA** la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 54 recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2019” che, in particolare, all’art. 1 rubricato “**Esercizio provvisorio**” prevede:
1. Ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., la Giunta regionale è autorizzata all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, dall’ 1 gennaio 2019 fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge di bilancio, e comunque non oltre il 30 aprile 2019, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti con la legge regionale 31 maggio 2018 n. 9 e s.m.i.
  2. La gestione del bilancio, nel corso dell’esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. di cui al comma 1.
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
  - “2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

**VISTO**

l'art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale **soggetto aggregatore** della Regione Basilicata.”;*

**VISTE**

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all'art. 4 che impongono l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

**PREMESSO**

che:

- con determinazione del Dirigente dell'Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” n. 20AB.2018/D.00098 del 22.06.2018 è stata indetto un appalto specifico, ricorrendo al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., per la fornitura di apparecchiature radiologiche occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, all'Azienda Sanitaria di Potenza e all'I.R.C.C.S. Crob di Rionero in Vulture;
- il termine per la presentazione delle offerte, come stabilito nella lettera di invito, è scaduto alle ore 12:00 del giorno 16/07/2018;
- il termine ultimo per richiedere informazioni, chiarimenti e/o comunicazioni sul contenuto della documentazione di gara attraverso l'apposita sezione del Sistema, di cui all' art. 1.5 “Chiarimenti relativi all'Appalto specifico” del Capitolato d'onori, era fissato, per il giorno 09/07/2018 alle ore 12:00;
- il Responsabile del Procedimento, relativamente ai quesiti pervenuti entro il termine del 09/07/2018 alle ore 12:00, ha pubblicato nell'area riservata agli invitati del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), le risposte ai chiarimenti con note del 05.07.2018, 06.07.2018 e 10.07.2018;
- alla scadenza del suddetto termine, risultano pervenute a Sistema n. 9 (nove) offerte, così come di seguito elencate in ordine di visualizzazione a sistema:

Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
ASSING SPA	6	16/07/2018 11:14:07
ATTIHOSPITAL S.R.L.	1	16/07/2018 11:47:31
ESAOTE S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	1, 2, 3	13/07/2018 17:59:50
FUJIFILM ITALIA SPA	4	16/07/2018 11:27:19
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	5, 6	13/07/2018 13:55:19
GMS	5, 6	16/07/2018 08:50:31
ITALRAY	5	16/07/2018 11:39:27
SAPA SRL UNIPERSONALE	2	14/07/2018 11:06:10
TECNOLIFE S.R.L.	4	14/07/2018 11:23:23

- con nota prot. 122453/20AB del 16/07/2018 il Dirigente dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento SUA-RB ha individuato i componenti del Seggio di gara per l'espletamento dell'attività di verifica della documentazione amministrativa, prodotta da ciascun operatore economico offerente;

<b>DATO ATTO</b>	<p>che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con determinazione dirigenziale dell' "Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" del Dipartimento SUA-RB n. 20AB.2018/D.00154 del 31/07/2018, nel prendere atto ed approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 18/07/2018, n. 2 del 18/07/2018 e n. 3 del 23/07/2018, per ciascun operatore economico offerente è stata disposta l'ammissione alla procedura di gara in argomento;</li> <li>• con determinazione del Dirigente Generale n. 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici offerenti, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;</li> </ul>
<b>DATO ATTO</b>	che il Seggio di gara, come da Verbale del 30/11/2018, ha provveduto in seduta pubblica all'apertura delle buste B "Offerte Tecniche" degli operatori economici ammessi in forza della precitata determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D.00154 del 31/07/2018, per la mera constatazione della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara;
<b>RILEVATO</b>	che la Commissione giudicatrice si è riunita in sei sedute riservate nel corso delle quali ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, come risulta dai Verbali n. 1 del 10/12/2018, n. 2 del 17/12/2018, n. 3 del 7/01/2019, n. 4 del 14/01/2019, n. 5 del 21/01/2019, n. 6 del 28/01/2018;
<b>CONSIDERATO</b>	che la Commissione giudicatrice ha ritenuto inammissibile l'offerta presentata per il lotto 1 dall'operatore economico Attihospital Srl, riscontrando la non conformità ai requisiti previsti dal Capitolato tecnico, come da Verbale n. 3 del 7/01/2019;
<b>DATTO ATTO</b>	che tale fattispecie ha comportato l'esclusione dalle successive fasi di gara dell'operatore economico Attihospital Srl, partecipante al lotto 1;
<b>DATTO ATTO</b>	che la Commissione giudicatrice ha proceduto nella seduta pubblica del 04/02/2019 all'apertura delle offerte economiche degli operatori concorrenti, alla lettura dei punteggi, alla comunicazione dei risultati e alla predisposizione delle relative graduatorie, come da verbale n. 7 del 04/02/2019;
<b>PRESO ATTO</b>	della nota acquisita agli atti dipartimentali in data 04/02/2019 al n. 19329/20AB di protocollo, con cui il Presidente della Commissione giudicatrice ha informato la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, di aver concluso le operazioni di propria competenza ed ha trasmesso i Verbali n. 1 del 10/12/2018, n. 2 del 17/12/2018, n. 3 del 7/01/2019, n. 4 del 14/01/2019, n. 5 del 21/01/2019, n. 6 del 28/01/2018 e n. 7 del 4/02/2019;
<b>ATTESO</b>	che a causa della presenza di offerte che hanno superato la soglia di anomalia, il Responsabile del Procedimento ha attivato la procedura di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nei confronti delle offerte presentate dai seguenti operatori economici Esaote Spa, Tecnofile Srl, GMS, Assing;
<b>RILEVATO</b>	che, a seguito delle richieste ad essi rispettivamente inoltrate dal Responsabile del Procedimento, con note prot. 19181/20AB del 4/02/2019, prot. n. 19159/20AB del 4/02/2019, prot. n. 19178/20AB del 4/02/2019, prot. n. 19186/20AB del 4/02/2019 gli operatori economici hanno fatto pervenire le giustificazioni richieste, acquisite rispettivamente al prot. n. 24807/20AB del 12.02.2019, prot. n. 24796/20AB del 12/02/2019, prot. n. 28413/20AB del 18/02/2019, prot. n.24813/20AB del 12.02.2019;
<b>DATO ATTO</b>	che, nel corso di apposita seduta riservata, giusta verbale del 20/02/2019, svoltasi tra il Responsabile del Procedimento e la Commissione giudicatrice, le giustificazioni presentate dagli altri operatori economici interessati sono state ritenute nel loro complesso attendibili, per cui le offerte presentate sono state ritenute congrue ed affidabili;
<b>VISTE</b>	le graduatorie predisposte per ciascun lotto oggetto dell'appalto, così come riportate nel Verbale n. 7 del 4/02/2019 della Commissione giudicatrice, dal quale si evincono le rispettive proposte di aggiudicazione;
<b>RITENUTO</b>	per quanto detto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 10/12/2018, n. 2 del 17/12/2018, n. 3 del 7/01/2019, n. 4 del 14/01/2019, n. 5 del 21/01/2019, n. 6 del 28/01/2018 e n. 7 del 4/02/2019 relativi all' "Appalto specifico indetto dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento della fornitura di</li> </ul>

apparecchiature radiologiche occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, all'Azienda Sanitaria di Potenza e all'IRCCS Crob di Rionero in Vulture nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per apparecchiature elettromedicali", tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto del verbale di valutazione delle offerte anomale del 20/02/2019, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla Commissione giudicatrice, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine all'aggiudicazione dei lotti della procedura di appalto di che trattasi, in conformità alle risultanze della procedura di gara, previamente verificata, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione rinveniente dal verbale n. 7 del 4/02/2019, nei confronti dei seguenti operatori economici e in relazione ai rispettivi lotti:

#### LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 227.325,00	42,45%	52,73	30	<b>82,73</b>

#### LOTTO 2 - Ecotomografi multidisciplinari di fascia media

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 63.723,60	32,92%	70,00	30	<b>100,00</b>
SAPA S.R.L. UNIPERSONALE	€ 76.106,00	19,89%	53,95	25,12	79,06

#### LOTTO 3 - Ecotomografi portatili di fascia alta

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 101.132,84	0,85%	57,72	30	<b>87,72</b>

#### LOTTO 4 - Mammografi

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
TECNOLIFE S.R.L.	€ 228.700,00	23,77%	70,00	28,40	<b>98,40</b>
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	€ 216.500,00	27,83%	55,56	30	85,56

#### LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
GMS	€ 164.900,00	25,38%	70,00	28,92	<b>98,92</b>
ITALRAY	€ 158.990,00	28,06%	54,38	30	84,38
GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	€ 209.000,00	5,43%	56,09	22,82	78,91

**LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ASSING	€ 448.350,00	18,80%	69,50	30	<b>99,50</b>
GMS	€ 456.300,00	17,36%	70,00	29,48	99,48
GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	€ 474.000,00	14,15%	64,50	28,38	92,88

**DATO ATTO**

che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo agli operatori economici in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e che seguirà ulteriore atto per la determinazione dell'efficacia;

**DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di **PRENDERE ATTO** dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 10/12/2018, n. 2 del 17/12/2018, n. 3 del 7/01/2019, n. 4 del 14/01/2019, n. 5 del 21/01/2019, n. 6 del 28/01/2018 e n. 7 del 4/02/2019, del verbale di valutazione delle offerte anomale del 20/02/2019 relativi all' "Appalto specifico indetto dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento della fornitura di apparecchiature radiologiche occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, all'Azienda Sanitaria di Potenza e all'IRCCS Crob di Rionero in Vulture nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per apparecchiature elettromedicali", tutti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di **PRENDERE ATTO** della proposta di aggiudicazione, giusta verbale della Commissione giudicatrice n. 7 del 4/02/2019 trasmesso al Responsabile del Procedimento con nota in pari data n. 19329/20AB di protocollo, con il quale si propone l'aggiudicazione dei lotti relativi all'appalto di che trattasi nei confronti dei seguenti operatori economici:

**LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 227.325,00	42,45%	52,73	30	<b>82,73</b>

**LOTTO 2 - Ecotomografi multidisciplinari di fascia media**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 63.723,60	32,92%	70,00	30	<b>100,00</b>
SAPA S.R.L. UNIPERSONALE	€ 76.106,00	19,89%	53,95	25,12	79,06

**LOTTO 3 - Ecotomografi portatili di fascia alta**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 101.132,84	0,85%	57,72	30	<b>87,72</b>

**LOTTO 4 - Mammografi**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
TECNOLIFE S.R.L.	€ 228.700,00	23,77%	70,00	28,40	<b>98,40</b>
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	€ 216.500,00	27,83%	55,56	30	85,56

**LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
GMS	€ 164.900,00	25,38%	70,00	28,92	<b>98,92</b>
ITALRAY	€ 158.990,00	28,06%	54,38	30	84,38
GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	€ 209.000,00	5,43%	56,09	22,82	78,91

**LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ASSING	€ 448.350,00	18,80%	69,50	30	<b>99,50</b>
GMS	€ 456.300,00	17,36%	70,00	29,48	99,48
GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	€ 474.000,00	14,15%	64,50	28,38	92,88

3. di **APPROVARE** i predetti verbali, constatatane la regolarità formale;
4. di **DISPORRE**, per i motivi riportati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dei lotti della procedura di appalto di che trattasi, nei confronti dei seguenti operatori economici:

**LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 227.325,00	42,45%	52,73	30	<b>82,73</b>

**LOTTO 2 - Ecotomografi multidisciplinari di fascia media**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 63.723,60	32,92%	70,00	30	<b>100,00</b>
SAPA S.R.L. UNIPERSONALE	€ 76.106,00	19,89%	53,95	25,12	79,06

**LOTTO 3 - Ecotomografi portatili di fascia alta**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE S.P.A.	€ 101.132,84	0,85%	57,72	30	<b>87,72</b>

**LOTTO 4 - Mammografi**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
TECNOLIFE S.R.L.	€ 228.700,00	23,77%	70,00	28,40	<b>98,40</b>
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	€ 216.500,00	27,83%	55,56	30	85,56

**LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
---------------------	------------------------	-----------	--------------------	------------------	-----------------------

GMS	€ 164.900,00	25,38%	70,00	28,92	<b>98,92</b>
ITALRAY	€ 158.990,00	28,06%	54,38	30	84,38
GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	€ 209.000,00	5,43%	56,09	22,82	78,91

**LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti**

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ASSING	€ 448.350,00	18,80%	69,50	30	<b>99,50</b>
GMS	€ 456.300,00	17,36%	70,00	29,48	99,48
GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	€ 474.000,00	14,15%	64,50	28,38	92,88

5. di **SPECIFICARE** che questa SUA-RB ha attivato i controlli necessari per determinare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs., che si disporrà con successivo provvedimento;
6. di **PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente e di **TRASMETTERLO** agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara;
7. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, all'Azienda Sanitaria di Potenza e all'IRCCS Crob di Rionero in Vulture;
8. di **TRASMETTERE**, altresì, il presente atto al Dirigente dell'Ufficio Valutazione, merito e semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e Responsabile per la trasparenza e l'Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013;
9. di **DARE ATTO** altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" del Dipartimento SUA-RB;
10. di **PUBBLICARE** per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul profilo del committente raggiungibile sul sito web all'indirizzo <https://www.suarb.it/PortaleAppalti>.

**ESTERINA CAIMO**

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

**Maria Pia Lavieri**

IL DIRIGENTE

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Procedura per l'affidamento della fornitura di apparecchiature radiologiche occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, all'Azienda Sanitaria di Potenza e all'I.R.C.C.S. Crob di Rionero in Vulture nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Apparecchiature elettromedicali - Aggiudicazione art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **25/02/2019**

### OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Angelo Raffaele Rinaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

## **Elenco Firme del provvedimento n. 20AB.2019/D.00037 del 23/02/2019**

Numero Certificato: 0A29D5E2B5DF28A55584983B340DCD29

Rilasciato a: dnQualifier=14392249, SN=Caimo, G=Esterina,  
SERIALNUMBER=IT:CMASRN89H53E409S, CN=Caimo Esterina, O=non presente, C=IT

Valido da: 22/05/2015 2.00.00

fino a: 22/05/2021 1.59.59

documento firmato il : 20/02/2019

---

Numero Certificato: 4DD0B90E13027F3DF1B4E77DC92B99EF

Rilasciato a: dnQualifier=13368466, SN=Lavieri, G=Maria Pia,  
SERIALNUMBER=IT:LVRMRP72E57G942Y, CN=Lavieri Maria Pia, O=non presente, C=IT

Valido da: 06/08/2014 2.00.00

fino a: 06/08/2020 1.59.59

documento firmato il : 20/02/2019

---

Numero Certificato: 61F91F6C4769E2FAA54AB6A574E1EF8C

Rilasciato a: dnQualifier=15428583, SN=Rinaldi, G=Angelo Raffaele,  
SERIALNUMBER=IT:RNLNLR59S15A519M, CN=Rinaldi Angelo Raffaele, O=non presente, C=IT

Valido da: 07/04/2016 2.00.00

fino a: 08/04/2022 1.59.59

documento firmato il : 23/02/2019

---

Numero Certificato: 0313F34C85AAE44B03DE96CDAD124911

Rilasciato a: dnQualifier=18638107, SN=Palamone, G=Assunta Anna Luisa, SERIALNUMBER=TINIT-  
PLMSNT63H61G942K, CN=Palamone Assunta Anna Luisa, C=IT

Valido da: 12/07/2018 2.00.00

fino a: 12/07/2024 1.59.59

documento firmato il : 25/02/2019

---

**Verbale del 30/11/2018 del Seggio di Gara  
SEDUTA PUBBLICA**

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL’AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL’I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - SIMOG GARA N. 7133403**

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 10:30, presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, il Seggio di Gara si è riunito in seduta pubblica, giusto Avviso di convocazione del 22/11/2018, al fine di procedere all’apertura delle offerte tecniche, ai sensi di quanto disposto all’art. 13.5 del Capitolato d’oneri, degli operatori economici ammessi ai sensi e per gli effetti della determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D.00154 del 31/07/2018.

Il Seggio di gara è così composto:

- Ing. Esterina Caimo – SUA-RB – Responsabile del Procedimento - Presidente;
- Ing. Luigi Battista – SUA-RB - Componente;
- Dott.ssa Annarita De Bartolomeo– SUA-RB – Segretario.

Alla seduta odierna è presente, altresì, la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018.

Sono presenti, in rappresentanza degli operatori economici concorrenti:

<i>Rappresentante</i>	<i>Operatore economico</i>
<i>Bruno Trifone</i>	Italray
<i>Luongo Giuseppe</i>	Tecnolife – General Medical Merate
<i>Pilato Antonio</i>	Sapa Srl
<i>Platone Vincenzo</i>	Attihospital

Il Presidente del Seggio prende atto delle norme procedurali stabilite da Consip S.p.A.: “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Pubbliche Amministrazioni” – Linee guida per l’esame delle offerte e aggiudicazione di un Appalto Specifico – e attiva la seduta pubblica telematica a SISTEMA.

A questo punto, il Seggio di Gara, procede:

- al download dei files relativi alla documentazione tecnica degli operatori economici ammessi ai sensi e per gli effetti della determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D.00154 del 31/07/2018, per la mera constatazione della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara;

Le suddette operazioni sono state espletate, a partire dal lotto n. 1 seguendo l’ordine di visualizzazione degli operatori economici sulla piattaforma telematica.

Le risultanze delle attività di cui sopra sono, nel dettaglio, riportate nel prospetto 1 "Documenti prodotti e contenuti nella Busta B "Documentazione Tecnica" che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Concluse le attività all'ordine del giorno, il Presidente del Seggio di Gara consegna in custodia al segretario della Commissione giudicatrice, le offerte tecniche in formato digitale di tutti gli operatori economici ed il dettaglio dei punteggi tecnici attribuiti automaticamente dal Sistema CONSIP.

Alle ore 11:30 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 30/11/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

- Ing. Esterina Caimo - Presidente 
- Ing. Luigi Battista - Componente 
- Dott.ssa. Annarita DE BARTOLOMEO - Segretario 

**PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA CONSIPI****LOTTO 1****Dettaglio scheda tecnica - ATTIHOSPITAL S.R.L. - Ecotomografi multidisciplinari di fascia alta**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	SAMSUNG	-
<b>2</b>	Nome commerciale dell'Ecotomografo multidisciplinare di fascia alta	HS 70	-
<b>3</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>4</b>	Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"	SI	7,00
<b>5</b>	Monitor con tecnologia LED	SI	6,00
<b>6</b>	Rapporto tra massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e dimensione del monitor	0,7	7,00
<b>7</b>	Profondità di scansione [cm]	38	5,60
<b>8</b>	Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor (con valori impostabili dall'operatore) [dB]	255	0,55
<b>9</b>	Valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	900	5,37
<b>10</b>	Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	SI	5,00
<b>11</b>	Porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	8	4,00
<b>12</b>	Sonde gestite con metodica SHEAR WAVE	1	0,00
<b>13</b>	Frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	63	6,00
<b>14</b>	Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV [°]	210	4,29

**TOTALE 50,81**

**Dettaglio scheda tecnica - ESAOTE S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO - Ecotomografi multidisciplinari di fascia alta**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	ESAOTE	-
<b>2</b>	Nome commerciale dell'Ecotomografo multidisciplinare di fascia alta	MyLab Eight eXP configurazione fascia alta	-
<b>3</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>4</b>	Monitor da 21" e 16:9 o dimensioni superiori ai 21"	SI	7,00
<b>5</b>	Monitor con tecnologia LED	SI	6,00
<b>6</b>	Rapporto tra massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e dimensione del monitor	0,695	7,00
<b>7</b>	Profondità di scansione [cm]	44,3	7,00
<b>8</b>	Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor (con valori impostabili dall'operatore) [dB]	350	1,24
<b>9</b>	Valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	420	2,34
<b>10</b>	Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	SI	5,00
<b>11</b>	Porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	6	2,67
<b>12</b>	Sonde gestite con metodica SHEAR WAVE	2	3,00
<b>13</b>	Frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	40	4,16
<b>14</b>	Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV [°]	200	3,57

**TOTALE**

**48,98**

**LOTTO 2**

**Dettaglio scheda tecnica - ESAOTE S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO - Ecotomografi multidisciplinari di fascia media**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	ESAOTE	-
<b>2</b>	Nome commerciale dell'Ecotomografo multidisciplinare di fascia media	MyLabEight configurazione Fascia Media	-
<b>3</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>4</b>	Monitor > 17"	SI	6,00
<b>5</b>	Monitor con tecnologia LED	SI	4,00
<b>6</b>	Rapporto tra massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e dimensione del monitor	0,695	6,00
<b>7</b>	Quattro porte attive selezionabili da consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)	SI	4,00
<b>8</b>	Connettori pinless	SI	3,00
<b>9</b>	Profondità di scansione [cm]	44,3	6,00
<b>10</b>	Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor (con valori impostabili dall'operatore) [dB]	350	5,00
<b>11</b>	Valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	420	4,18
<b>12</b>	Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	SI	7,00
<b>13</b>	Porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	6	3,33
<b>14</b>	Sonde gestite con metodica STRAIN	14	2,67
<b>15</b>	Frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	40	4,36
<b>16</b>	Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV [°]	200	3,67

**TOTALE 59,21**

**Dettaglio scheda tecnica - SAPA SRL UNIPERSONALE - Ecotomografi multidisciplinari di fascia media**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	Samsung	-
<b>2</b>	Nome commerciale dell'Ecotomografo multidisciplinare di fascia media	HS50	-
<b>3</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>4</b>	Monitor > 17"	SI	6,00
<b>5</b>	Monitor con tecnologia LED	SI	4,00
<b>6</b>	Rapporto tra massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e dimensione del monitor	0,7	6,00
<b>7</b>	Quattro porte attive selezionabili da consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)	SI	4,00
<b>8</b>	Connettori pinless	SI	3,00
<b>9</b>	Profondità di scansione [cm]	38	4,80
<b>10</b>	Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor (con valori impostabili dall'operatore) [dB]	256	4,49
<b>11</b>	Valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	226	2,18
<b>12</b>	Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte	SI	7,00
<b>13</b>	Porte USB sulla consolle di facile accesso (non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	2	0,00
<b>14</b>	Sonde gestite con metodica STRAIN	4	0,44
<b>15</b>	Frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	17	1,41
<b>16</b>	Campo di vista su sonda endocavitaria "end-fire", senza l'utilizzo di tecniche quali extended FOV [°]	148	0,20

**TOTALE 43,52**

### LOTTO 3

#### Dettaglio scheda tecnica - ESAOTE S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO - Ecotomografi portatili di fascia alta

Caratteristiche tecniche			
	Attributo	Valore inserito	Punteggio
<b>1</b>	Marca	ESAOTE	-
<b>2</b>	Nome commerciale dell'Ecotomografo portatile di fascia alta	MyLabAlpha eHD configurazione CrystaLine versione Portatile Fascia Alta	-
<b>3</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>4</b>	Scansioni transesofagee, intraoperatorie e laparoscopiche	SI	3,00
<b>5</b>	Peso dell'ecografo comprensivo di batteria e al netto delle sonde [kg]	7,3	3,38
<b>6</b>	Tempo di ricarica completa, con batterie scariche e con apparecchiatura spenta [ore]	2,5	1,88
<b>7</b>	Monitor da 15" e 16:9 o dimensioni superiori ai 15"	NO	0,00
<b>8</b>	Monitor con tecnologia LED	SI	2,50
<b>9</b>	Rapporto tra massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e dimensione del monitor	0,68	4,50
<b>10</b>	Due porte attive per sonde imaging (no pencil)	SI	6,00
<b>11</b>	Profondità di scansione [cm]	41	4,40
<b>12</b>	Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor (con valori impostabili dall'operatore) [dB]	320	5,50
<b>13</b>	Valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore	420	4,00
<b>14</b>	Porte USB dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti esterni	4	1,17
<b>15</b>	Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step	SI	5,00
<b>16</b>	Modulo sonoelastografico con immagine duale e simultanea, applicazione elasto real time su intera	SI	3,00

**Caratteristiche tecniche**

	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
	immagine ecografica o su ROI modificabili dall'operatore		
<b>17</b>	Modulo sonoelastografico attivabile su trasduttori lineari, endocavitari, metodica STRAIN, per comparazione qualitativa su sonde lineari ed endocavitarie.	SI	3,00
<b>18</b>	Frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex per esami addominali	16	2,14
<b>19</b>	Campo di vista su sonda lineare [mm]	62	4,50
<b>TOTALE</b>			<b>53,97</b>

**LOTTO 4****Dettaglio scheda tecnica - FUJIFILM ITALIA SPA - Mammografi**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	FUJIFILM CORPORAION LTD	-
<b>2</b>	Modello	FDR AMULET INNOVALITY (FDR MS-3500)	-
<b>3</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>4</b>	Modalità della modulazione della dose	3 modalità (normal, high, low)	5,00
<b>5</b>	Selezione della qualità del fascio (in funzione della densità della mammella)	SI	5,00
<b>6</b>	Dimensione inferiore del fuoco fine (< 0,15 mm)	SI	5,00
<b>7</b>	Fuoco piccolo - Potenza massima erogata ( $\geq 0,8$ kW)	2	0,00
<b>8</b>	Fuoco grande - Potenza massima erogata ( $\geq 3$ kW)	7	4,80
<b>9</b>	Sottrazione del rumore dovuto alla radiazione diffusa (Modalità elettronica)	NO	0,00
<b>10</b>	Stazione di acquisizione immagine - Risoluzione del monitor (> 5 Megapixel)	SI	4,00
<b>11</b>	Stazione di acquisizione - Dicom SR	SI	4,00
<b>12</b>	Stazione di refertazione - Dicom SR	SI	4,00
<b>13</b>	Possibilità aggiornamento con Tomosintesi	SI	7,00
<b>14</b>	Detettore - Dimensione della porzione del dettore fisicamente attribuibile a ciascun pixel [micron]	68	3,20
<b>15</b>	Codice identificativo di iscrizione al repertorio dei DM (RDM)	1007757	-

**TOTALE 42,00**

**Dettaglio scheda tecnica - TECNOLIFE S.R.L. - Mammografi**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	Hologic	-
<b>2</b>	Modello	Selenia Dimensions 3.000 completo di Sistema di Monitoraggio della Dose Mod. ITA DOSE.	-
<b>3</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>4</b>	Modalità della modulazione della dose	3 modalità (normal, high, low)	5,00
<b>5</b>	Selezione della qualità del fascio (in funzione della densità della mammella)	SI	5,00
<b>6</b>	Dimensione inferiore del fuoco fine (< 0,15 mm)	SI	5,00
<b>7</b>	Fuoco piccolo - Potenza massima erogata ( $\geq 0,8$ kW)	2,5	6,00
<b>8</b>	Fuoco grande - Potenza massima erogata ( $\geq 3$ kW)	9,9	6,00
<b>9</b>	Sottrazione del rumore dovuto alla radiazione diffusa (Modalità elettronica)	SI	5,00
<b>10</b>	Stazione di acquisizione immagine - Risoluzione del monitor (> 5 Megapixel)	SI	4,00
<b>11</b>	Stazione di acquisizione - Dicom SR	SI	4,00
<b>12</b>	Stazione di refertazione - Dicom SR	SI	4,00
<b>13</b>	Possibilità aggiornamento con Tomosintesi	SI	7,00
<b>14</b>	Detettore - Dimensione della porzione del dettore fisicamente attribuibile a ciascun pixel [micron]	70	3,00
<b>15</b>	Codice identificativo di iscrizione al repertorio dei DM (RDM)	1339479	-

**TOTALE 54,00**

**LOTTO 5****Dettaglio scheda tecnica - GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. - Multifunzione per esami di routine**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	General Medical Merate S.p.A.	-
<b>2</b>	Nome commerciale della multifunzione per esami di routine	Sistema KALOS	-
<b>3</b>	Descrizione tecnica	Apparecchiatura multifunzione digitale diretta con doppio detettore	-
<b>4</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>5</b>	Codice CND	Z11031101	-
<b>6</b>	Capacità termica anodica [kHU]	1120	5,50
<b>7</b>	Dimensione fuoco grande [mm]	1	0,00
<b>8</b>	Presenza sul tubo collimatore dei comandi per la modifica dei parametri di indagine radiologica (es: kV, mA e ms)	SI	3,00
<b>9</b>	Presenza sul tubo collimatore di touch screen per la visualizzazione dei parametri di indagine radiologica e dei dati del paziente	SI	3,00
<b>10</b>	Corsa sull'asse verticale dello stativo porta tubo [cm]	170	2,00
<b>11</b>	Distanza minima da terra del centro del detettore del teleradiografo (con detettore ortogonale al pavimento) [cm]	41	3,60
<b>12</b>	Distanza massima da terra del centro del detettore del teleradiografo (con detettore ortogonale al pavimento) [cm]	181	2,56
<b>13</b>	Tilting motorizzato dell'unità detettore del teleradiografo	SI	3,00
<b>14</b>	Peso del detettore del tavolo comprensivo di eventuale batteria [kg]	3,48	3,04
<b>15</b>	Tecnica a doppia energia (DES)	NO	0,00
<b>16</b>	Altezza minima piano porta paziente rispetto al pavimento [cm]	47	3,47
<b>17</b>	Matrice attiva del detettore del tavolo, 12 bit	5312500	0,00
<b>18</b>	Matrice attiva del detettore del teleradiografo, 12 bit	9240576	3,37

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>19</b>	Tecnica tomografica	SI	3,50
<b>20</b>	Codice identificativo di iscrizione al repertorio dei DM (RDM)	1355888	-
<b>TOTALE</b>			<b>36,04</b>

**Dettaglio scheda tecnica - GMS - Multifunzione per esami di routine**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	GMS srl	-
<b>2</b>	Nome commerciale della multifunzione per esami di routine	Sistema Polivix	-
<b>3</b>	Descrizione tecnica	Sistema radiografico polifunzionale per consentire l'esecuzione di procedure radiografiche standard ed avanzate.	-
<b>4</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>5</b>	Codice CND	N.A.	-
<b>6</b>	Capacità termica anodica [kHU]	800	5,50
<b>7</b>	Dimensione fuoco grande [mm]	1	0,00
<b>8</b>	Presenza sul tubo collimatore dei comandi per la modifica dei parametri di indagine radiologica (es: kV, mA e ms)	SI	3,00
<b>9</b>	Presenza sul tubo collimatore di touch screen per la visualizzazione dei parametri di indagine radiologica e dei dati del paziente	SI	3,00
<b>10</b>	Corsa sull'asse verticale dello stativo porta tubo [cm]	180	4,00
<b>11</b>	Distanza minima da terra del centro del detettore del teleradiografo (con detettore ortogonale al pavimento) [cm]	30	4,00
<b>12</b>	Distanza massima da terra del centro del detettore del teleradiografo (con detettore ortogonale al pavimento) [cm]	190	4,00
<b>13</b>	Tilting motorizzato dell'unità detettore del teleradiografo	SI	3,00
<b>14</b>	Peso del detettore del tavolo comprensivo di eventuale batteria [kg]	3,2	3,60
<b>15</b>	Tecnica a doppia energia (DES)	NO	0,00
<b>16</b>	Altezza minima piano porta paziente rispetto al pavimento [cm]	45	4,00
<b>17</b>	Matrice attiva del detettore del tavolo, 12 bit	15110912	4,50

**Caratteristiche tecniche**

	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>18</b>	Matrice attiva del detettore del teleradiografo, 12 bit	18653760	4,50
<b>19</b>	Tecnica tomografica	SI	3,50
<b>20</b>	Codice identificativo di iscrizione al repertorio dei DM (RDM)	111063	-
<b>TOTALE</b>			<b>46,60</b>

**Dettaglio scheda tecnica - ITALRAY - Multifunzione per esami di routine**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	ITALRAY	-
<b>2</b>	Nome commerciale della multifunzione per esami di routine	X-FRAME DR2T SYSTEM	-
<b>3</b>	Descrizione tecnica	SISTEMA AD ALTA PRODUTTIVITÀ, MULTIFUNZIONE PER ESAMI DI ROUTINE, PER RADIOLOGIA GENERALE E RADIOLOGIA DI EMERGENZA	-
<b>4</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>5</b>	Codice CND	Z11031101	-
<b>6</b>	Capacità termica anodica [kHU]	1120	5,50
<b>7</b>	Dimensione fuoco grande [mm]	1	0,00
<b>8</b>	Presenza sul tubo collimatore dei comandi per la modifica dei parametri di indagine radiologica (es: kV, mA e ms)	SI	3,00
<b>9</b>	Presenza sul tubo collimatore di touch screen per la visualizzazione dei parametri di indagine radiologica e dei dati del paziente	SI	3,00
<b>10</b>	Corsa sull'asse verticale dello stativo porta tubo [cm]	180	4,00
<b>11</b>	Distanza minima da terra del centro del detettore del teleradiografo (con detettore ortogonale al pavimento) [cm]	30	4,00
<b>12</b>	Distanza massima da terra del centro del detettore del teleradiografo (con detettore ortogonale al pavimento) [cm]	185	3,20
<b>13</b>	Tilting motorizzato dell'unità detettore del teleradiografo	SI	3,00
<b>14</b>	Peso del detettore del tavolo comprensivo di eventuale batteria [kg]	3,1	3,80
<b>15</b>	Tecnica a doppia energia (DES)	NO	0,00
<b>16</b>	Altezza minima piano porta paziente rispetto al pavimento [cm]	55	1,33
<b>17</b>	Matrice attiva del detettore del tavolo, 12 bit	5743584	0,46

**Caratteristiche tecniche**

	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>18</b>	Matrice attiva del detettore del teleradiografo, 12 bit	8294000	2,31
<b>19</b>	Tecnica tomografica	NO	0,00
<b>20</b>	Codice identificativo di iscrizione al repertorio dei DM (RDM)	1390392	-
		<b>TOTALE</b>	<b>33,60</b>

**LOTTO 6****Dettaglio scheda tecnica - ASSING SPA - Telecomandati digitali diretti**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	ASSING SPA	-
<b>2</b>	Nome commerciale del telecomandato digitale diretto	Helios DRF	-
<b>3</b>	Descrizione tecnica	Telecomandato digitale diretto	-
<b>4</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>5</b>	Capacità termica anodica HU	800000	7,00
<b>6</b>	Dimensione fuoco piccolo [mm]	0,3	0,00
<b>7</b>	Dimensione fuoco grande [mm]	1	0,00
<b>8</b>	Distanza fuoco - film [cm]	200	6,00
<b>9</b>	Minima altezza da terra [cm]	45	4,00
<b>10</b>	Copertura del paziente senza riposizionamento del paziente [cm]	210	4,00
<b>11</b>	Larghezza del tavolo [cm]	80	5,00
<b>12</b>	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento [kg]	300	3,00
<b>13</b>	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV)	0,4	0,00
<b>14</b>	Dimensione area attiva di almeno un lato del detettore $\geq 43$ cm	SI	6,00
<b>15</b>	Dimensione fisica del pixel [micron]	139	7,00
<b>16</b>	Codice identificativo di iscrizione al repertorio dei DM (RDM)	1530242	-

**TOTALE****42,00**

**Dettaglio scheda tecnica - GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. - Telecomandati digitali diretti**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	General Medical Merate S.p.A.	-
<b>2</b>	Nome commerciale del telecomandato digitale diretto	Sistema telecomandato OPERA SHARP	-
<b>3</b>	Descrizione tecnica	Telecomandato digitale diretto	-
<b>4</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>5</b>	Capacità termica anodica HU	1120000	7,00
<b>6</b>	Dimensione fuoco piccolo [mm]	0,4	0,00
<b>7</b>	Dimensione fuoco grande [mm]	1	0,00
<b>8</b>	Distanza fuoco - film [cm]	180	3,60
<b>9</b>	Minima altezza da terra [cm]	50	3,00
<b>10</b>	Copertura del paziente senza riposizionamento del paziente [cm]	197	2,27
<b>11</b>	Larghezza del tavolo [cm]	80	5,00
<b>12</b>	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento [kg]	265	2,30
<b>13</b>	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV)	0,45	0,00
<b>14</b>	Dimensione area attiva di almeno un lato del detettore $\geq 43$ cm	SI	6,00
<b>15</b>	Dimensione fisica del pixel [micron]	139	7,00
<b>16</b>	Codice identificativo di iscrizione al repertorio dei DM (RDM)	372844	-

**TOTALE****36,17**

**Dettaglio scheda tecnica - GMS - Telecomandati digitali diretti**

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
	<b>Attributo</b>	<b>Valore inserito</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	Marca	GMS srl	-
<b>2</b>	Nome commerciale del telecomandato digitale diretto	Sistema Sirevix	-
<b>3</b>	Descrizione tecnica	Telecomandato digitale diretto	-
<b>4</b>	Unità di misura	Pezzo	-
<b>5</b>	Capacità termica anodica HU	800000	7,00
<b>6</b>	Dimensione fuoco piccolo [mm]	0,6	0,00
<b>7</b>	Dimensione fuoco grande [mm]	1	0,00
<b>8</b>	Distanza fuoco - film [cm]	200	6,00
<b>9</b>	Minima altezza da terra [cm]	47	3,60
<b>10</b>	Copertura del paziente senza riposizionamento del paziente [cm]	210	4,00
<b>11</b>	Larghezza del tavolo [cm]	80	5,00
<b>12</b>	Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento [kg]	230	1,60
<b>13</b>	Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV)	0,48	0,00
<b>14</b>	Dimensione area attiva di almeno un lato del detettore $\geq 43$ cm	SI	6,00
<b>15</b>	Dimensione fisica del pixel [micron]	139	7,00
<b>16</b>	Codice identificativo di iscrizione al repertorio dei DM (RDM)	111043	-

**TOTALE****40,20**

## Verbale n. 1 del 10 dicembre 2018 della Commissione Giudicatrice

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - Numero gara SIMOG: n. 7133403**

L'anno duemila diciotto, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 9:50, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di affidamento in questione. La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018, è così composta:

- Dr. Mario VENDEGNA – Presidente
- Dr. Nicola PARTIPILO – Componente
- Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI - Componente

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Venera LOCICERO, della SUA-RB.

Il presidente riscontrata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta ed introduce i lavori dando lettura dei seguenti documenti:

- Capitolato d'oneri
- Capitolato tecnico
- Allegato 2 – Allegato 1 al Capitolato tecnico
- Allegato 2 al Capitolato tecnico – Elementi aggiuntivi di valutazione

La Commissione sofferma l'attenzione sulle lettere b) e c) dell'art. 8 – "Offerta tecnica" e sull'art. 13 – "Aggiudicazione" del Capitolato d'oneri.

Dall'analisi dei suddetti documenti si evince che la Commissione giudicatrice incaricata delle operazioni di valutazione delle offerte, verificherà il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste e individuerà nella relazione tecnica le informazioni necessarie per assegnare il punteggio aggiuntivo (nel limite del 20% del punteggio tecnico complessivo) che ad essa compete.

Prima ancora di definire le modalità operative relative all'attribuzione degli elementi aggiuntivi di valutazione inerenti le offerte tecniche, la Commissione prende atto del materiale relativo alla documentazione tecnica che il Responsabile del Procedimento, a conclusione della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 30.11.2018, ha consegnato su supporto informatico al segretario.

### COMMISSIONE GIUDICATRICE

"APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI" Pag. 1 di 2


La commissione procede ad aprire i files relativi all'offerta tecnica di uno dei due operatori partecipanti al lotto n. 1


Completata la fase di lettura dell'offerta tecnica presentata da uno dei due operatori partecipanti al lotto n. 1, la commissione rimanda a successiva seduta la lettura dell'offerta tecnica dell'altro operatore partecipante allo stesso lotto.

Alle ore 13.45 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta fissando per il 17 dicembre 2018 alle ore 9.15 l'incontro successivo presso i locali della Stazione Unica Appaltante della regione Basilicata.


Il supporto informatico viene consegnato al segretario che ne garantisce la custodia.  
Letto, confermato e sottoscritto

Potenza, il 10.12.2018

Dr. Mario VENDEGNA 

Dr. Nicola PARTIPILO 

Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI 

Dr.ssa Venera LOCICERO 

COMMISSIONE GIUDICATRICE

## Verbale n. 2 del 17 dicembre 2018 della Commissione Giudicatrice

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - Numero gara SIMOG: n. 7133403

L'anno duemila diciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 9:30, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di affidamento in questione. La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018, è così composta:

- Dr. Mario VENDEGNA – Presidente
- Dr. Nicola PARTIPILO – Componente
- Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI - Componente

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Venera LOCICERO, della SUA-RB.

Il presidente riscontrata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta ed introduce i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente.

La commissione riprende le attività sulle due offerte del lotto n. 1 procedendo con la verifica del possesso delle caratteristiche tecniche minime che, così come definite e indicate nel Capitolato tecnico, devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature offerte in gara.

La commissione si riserva di effettuare delle verifiche su alcune caratteristiche tecniche minime di entrambi gli operatori partecipanti al lotto n. 1 e pertanto rimanda a successiva seduta l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri aggiuntivi di valutazione.

Alle ore 13.45 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta fissando per il 7 gennaio 2019 alle ore 9.15 l'incontro successivo presso i locali della Stazione Unica Appaltante della regione Basilicata.


Il supporto informatico viene consegnato al segretario che ne garantisce la custodia.  
Letto, confermato e sottoscritto

Potenza, il 17.12.2018

Dr. Mario VENDEGNA



Dr. Nicola PARTIPILO



COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI



Dr.ssa Venera LOCICERO



COMMISSIONE GIUDICATRICE

"APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI" Pag. 2 di 2

## Verbale n. 3 del 7 gennaio 2019 della Commissione Giudicatrice

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - Numero gara SIMOG: n. 7133403**

L'anno duemila diciannove, il giorno sette del mese di gennaio, alle ore 10:15, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di affidamento in questione. La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018, è così composta:

- Dr. Mario VENDEGNA – Presidente
- Dr. Nicola PARTIPILO – Componente
- Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI - Componente

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Venera LOCICERO, della SUA-RB.

Il presidente riscontrata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta ed introduce i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente.

La commissione riprende le attività e avvia l'apertura della documentazione tecnica relativa alle due offerte del lotto n. 2 e all'unica offerta del lotto n. 3, procedendo con la verifica del possesso delle caratteristiche tecniche minime che, così come definite e indicate nel Capitolato tecnico, devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature offerte in gara.

A conclusione dell'esame di tutta la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature ecografiche (lotti nn. 1, 2 e 3) la commissione ritorna sulle specifiche tecniche dell'apparecchiatura offerta dalla ditta HATTIHOSPITAL partecipante al lotto n. 1.

La commissione ritiene inammissibile la partecipazione della ditta HATTIHOSPITAL con l'apparecchio *Samsung Medison Ultrasound HS70A* al lotto n. 1, in quanto dalla documentazione presentata dalla stessa ditta, e anche dal manuale d'uso alla pag. 357, si evince che la modalità *ElastoScan* non è attivabile sulla sonda *Convex* offerta così come richiesto nel Capitolato tecnico.

Pertanto si procede all'assegnazione dei punteggi, relativi ai criteri aggiuntivi di valutazione di cui all'Allegato 2 – Capitolato tecnico, per le apparecchiature ecografiche (lotti nn. 1, 2 e 3) offerte dalle ditte ammesse.

Nello specifico il punteggio riferito ai suddetti criteri di competenza della Commissione viene assegnato secondo le formule riportate nell'Allegato 1 – Capitolato tecnico. A seguito dell'applicazione delle succitate formule e dell'indicazione dei punteggi ottenuti ogni commissario procede individualmente a compilare le schede, all'uopo predisposte, per ciascun lotto.

### COMMISSIONE GIUDICATRICE

"APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI" Pag. 1 di 2

*Partipilo*  
*LAVIANI*  
*LOCICERO*

I punteggi riportati nelle schede cartacee, compilate da ogni singolo componente e per ciascun lotto, vengono elaborati e trasferiti su apposita scheda punteggi, una per ogni lotto.

Tali schede cartacee costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

LOTTO N.	SCHEDE ALLEGATE
1	ALLEGATO 1a) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1b) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1c) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 2) SCHEDE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 1
2	ALLEGATO 1a) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1b) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1c) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 2) SCHEDE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 2
3	ALLEGATO 1a) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1b) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1c) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 2) SCHEDE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 3

Conclusa l'attività di attribuzione dei punteggi la commissione avvia l'analisi della documentazione tecnica relativa alle due offerte del lotto n.4.

Alle ore 13.45 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta fissando per il 14 gennaio 2019 alle ore 9.15 l'incontro successivo presso i locali della Stazione Unica Appaltante della regione Basilicata.

Il supporto informatico viene consegnato al segretario che ne garantisce la custodia.  
Letto, confermato e sottoscritto

Potenza, il 7.01.2019

Dr. Mario VENDEGNA Mario Vendegna  
Dr. Nicola PARTIPILO Nicola Partipilo  
Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI Fabia Laviani Mancinelli  
Dr.ssa Venera LOCICERO Venera Locicero

COMMISSIONE GIUDICATRICE

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1a) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.	
CRITERIO	PUNTI MAX	ATTIHOSPITAL S.R.L.	ESAOTE S.P.A.
1 TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5		3,75

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5

Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara



APPALTO SPECIFICO INDEITTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1b) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.	
CRITERIO	PUNTI MAX	ATTIHOSPITAL S.R.L.	ESAOTE S.P.A.
1 TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	///	3,75

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{crt} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5

Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara



APPALTO SPECIFICO INDEITTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1c) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.	
CRITERIO	PUNTI MAX	ATTIHOSPITAL S.R.L.	ESAOTE S.P.A.
1 TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	/	3,75

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5

Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara



APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 2) "SCHEDA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 1"

LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.	
CRITERIO	PUNTI MAX	ATTIHOSPITAL S.R.L.	ESAOTE S.P.A.
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	3,75
TOTALE			3,75

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5


Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

\*non si procede alla valutazione perchè la modalità ElastoScan non è attivabile sulla sonda Convex offerta così come richiesto nel Capitolato tecnico



APPALTO SPECIFICO INDEBITTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL'I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 2) "SCHEDA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 3"

LOTTO 3 - Ecotomografi portatili di fascia alta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.
CRITERIO	PUNTI MAX	ESAOTE S.P.A.
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	3,75
TOTALE		3,75

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente


Pmax: 5

Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara



## Verbale n. 4 del 14 gennaio 2019 della Commissione Giudicatrice

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - Numero gara SIMOG: n. 7133403**

L'anno duemila diciannove, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 9:30, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di affidamento in questione. La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018, è così composta:

- Dr. Mario VENDEGNA – Presidente
- Dr. Nicola PARTIPILO – Componente
- Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI - Componente

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Venera LOCICERO, della SUA-RB.

Il presidente riscontrata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta ed introduce i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente.

La commissione riprende e conclude le attività di analisi della documentazione tecnica relativa ai due operatori partecipanti al lotto n.4 e, in assenza di rilievi significativi, procede con l'apertura e la verifica della documentazione tecnica relativa alle tre offerte relative al lotto n. 5.

Accertato il possesso da parte di tutte le apparecchiature offerte in gara delle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel Capitolato tecnico, compresa anche la dimensione dei monitor offerti (vedi a tal proposito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute al 05/07/2018 – III tranche) la commissione procede all'assegnazione dei punteggi, relativi ai criteri aggiuntivi di valutazione di cui all'Allegato 2 – Capitolato tecnico, per i mammografi e per le apparecchiature radiologiche multifunzione (lotti nn. 4 e 5) offerti dalle ditte ammesse.

Nello specifico il punteggio riferito ai suddetti criteri di competenza della Commissione viene assegnato secondo le formule riportate nell'Allegato 1 – Capitolato tecnico. A seguito dell'applicazione delle succitate formule e dell'indicazione dei punteggi ottenuti ogni commissario procede individualmente a compilare le schede, all'uopo predisposte, per ciascun lotto.

I punteggi riportati nelle schede cartacee, compilate da ogni singolo componente e per ciascun lotto, vengono elaborati e trasferiti su apposita scheda punteggi, una per ogni lotto.

Tali schede cartacee costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

### COMMISSIONE GIUDICATRICE

LOTTO N.	SCHEDE ALLEGATE
4	ALLEGATO 1a) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1b) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1c) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 2) SCHEDE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 4
5	ALLEGATO 1a) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1b) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1c) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 2) SCHEDE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 5

Alle ore 13.45 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta fissando per il 21 gennaio 2019 alle ore 9.15 l'incontro successivo presso i locali della Stazione Unica Appaltante della regione Basilicata.

Il supporto informatico viene consegnato al segretario che ne garantisce la custodia.  
Letto, confermato e sottoscritto

Potenza, il 14.01.2019

Dr. Mario VENDEGNA Mario Vendegna

Dr. Nicola PARTIPILO Nicola Partipilo

Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI Fabia Laviani Mancinelli

Dr.ssa Venera LOCICERO Venera Locicero

COMMISSIONE GIUDICATRICE

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1a) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 4 - Mammografi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.	
CRITERIO	PUNTI MAX	FUJIFILM ITALIA S.P.A.	TECNOLIFE S.R.L.
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	4,06	4,5
2	Potenza massima erogabile ≥8kW	0	2
3	Accuratezza dell'indicazione dello spessore compresso ≤= 5 min	2,5	2,5
4	"Tempo morto", ovvero intervallo di tempo tra due proiezioni consecutive [sec] (Indica quanto tempo impiega il rivelatore ad essere pronto per una nuova esposizione dalla fine dell'ultima esposizione)	1,91	0,59

Il punteggio riferito ai criteri n. 1 e n. 2 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{\text{cra}} = \begin{cases} P_{\text{max}} \times \frac{S - \text{soglia min}}{\text{soglia} - \text{soglia min}} & \text{se } \text{soglia min} \leq S \leq \text{soglia} \\ 0 & \text{se } S < \text{soglia min} \\ P_{\text{max}} & \text{se } S > \text{soglia} \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5 (criterio n. 1) / 4 (criterio n. 2)



Soglia: 100 (criterio n. 1) / 10 (criterio n. 2)

Soglia Minima (solo per rialzo): 92 (criterio n. 1) / 8 (criterio n. 2)

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito al criterio n. 3 sarà assegnato secondo un elenco scelte:

NO: 0 SI: 2,5

Il punteggio riferito al criterio n. 4 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{eff} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: ribasso

Off.: valore offerto dal concorrente

Pmax: 2,5

Base (solo per ribasso): 25

Soglia: 8

Soglia Minima (solo per rialzo): 0

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1b) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 4 - Mammografi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.	
CRITERIO	PUNTI MAX	FUJIFILM ITALIA S.P.A.	TECNOLIFE S.R.L.
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	4,5
2	Potenza massima erogabile ≥8kW	4	2
3	Accuratezza dell'indicazione dello spessore compresso ≤= 5 mm	2,5	2,5
4	"Tempo morto", ovvero intervallo di tempo tra due proiezioni consecutive [sec] (indica quanto tempo impiega il rivelatore ad essere pronto per una nuova esposizione dalla fine dell'ultima esposizione)	2,5	0,59

Il punteggio riferito ai criteri n. 1 e n. 2 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{\text{cra}} = \begin{cases} P_{\text{cra}} \times \frac{S - \text{soglia}_{\text{min}}}{\text{soglia} - \text{soglia}_{\text{min}}} & \text{se } \text{soglia}_{\text{min}} \leq S \leq \text{soglia} \\ 0 & \text{se } S < \text{soglia}_{\text{min}} \\ P_{\text{cra}} & \text{se } S > \text{soglia} \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5 (criterio n. 1) / 4 (criterio n. 2)

Soglia: 100 (criterio n. 1) / 10 (criterio n. 2)

Soglia Minima (solo per rialzo): 92 (criterio n. 1) / 8 (criterio n. 2)

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito al criterio n. 3 sarà assegnato secondo un elenco scelte:

NO: 0 SI: 2,5

Il punteggio riferito al criterio n. 4 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Dinamica: ribasso

Off.: valore offerto dal concorrente

Pmax: 2,5

Base (solo per ribasso): 25

Soglia: 8

Soglia Minima (solo per rialzo): 0

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1c) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 4 - Mammografi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.	
CRITERIO	PUNTI MAX	FUJIFILM ITALIA S.P.A.	TECNOLIFE S.R.L.
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	4,06
2	Potenza massima erogabile 28kw	4	0
3	Accuratezza dell'indicazione dello spessore compresso <= 5 mm	2,5	2,5
4	"Tempo morto", ovvero intervallo di tempo tra due proiezioni consecutive [sec] (Indica quanto tempo impiega il rivelatore ad essere pronto per una nuova esposizione dalla fine dell'ultima esposizione)	2,5	1,91

Il punteggio riferito ai criteri n. 1 e n. 2 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{cr} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5 (criterio n. 1) / 4 (criterio n. 2)

Soglia: 100 (criterio n. 1) / 10 (criterio n. 2)

Soglia Minima (solo per rialzo): 92 (criterio n. 1) / 8 (criterio n. 2)

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito al criterio n. 3 sarà assegnato secondo un elenco scelte:

NO: 0 SI: 2,5

Il punteggio riferito al criterio n. 4 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{gff} = \begin{cases} P_{\max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{\max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: ribasso

Off.: valore offerto dal concorrente

Pmax: 2,5

Base (solo per ribasso): 25

Soglia: 8

Soglia Minima (solo per rialzo): 0

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 2) "SCHEDA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 4"

LOTTO 4 - Mammografi

CRITERIO	OO.EE.	
	FUJIFILM ITALIA S.P.A.	TECNOLIFE S.R.L.
1 TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	4,06
2 Potenza massima erogabile ≥8kw	4	0
3 Accuratezza dell'indicazione dello spessore compreso ≤= 5 mm	2,5	2,5
4 "Tempo morto", ovvero intervallo di tempo tra due proiezioni consecutive [sec] (Indica quanto tempo impiega il rivelatore ad essere pronto per una nuova esposizione dalla fine dell'ultima esposizione)	2,5	1,91
TOTALE	8,47	9,59


Il punteggio riferito ai criteri n. 1 e n. 2 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5 (criterio n. 1) / 4 (criterio n. 2)



Soglia: 100 (criterio n. 1) / 10 (criterio n. 2)

Soglia Minima (solo per rialzo): 92 (criterio n. 1) / 8 (criterio n. 2)

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito al criterio n. 3 sarà assegnato secondo un elenco scelte:

NO: 0    SI: 2,5

Il punteggio riferito al criterio n. 4 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: ribasso

Off.: valore offerto dal concorrente

Pmax: 2,5

Base (solo per ribasso): 25


Soglia: 8

Soglia Minima (solo per rialzo): 0

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara





APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1a) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.		
CRITERIO	PUNTI MAX	GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	GMS	ITALRAY
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	4.19	4.37	4.37
2	Corrente di tubo max (a 100 kVp) [mA]	0	0	4
3	Dimensione pixel detettore tavolo [µm]	2.5	2.5	0.01
4	Dimensione pixel detettore teleradiografo [µm]	2.12	2.5	1.5

Il punteggio riferito ai criteri n. 1 e n. 2 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{cr} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5 (criterio n. 1) / 4 (criterio n. 2)

Soglia: 100 (criterio n. 1) / 1000 (criterio n. 2)



Soglia Minima (solo per rialzo): 92 (criterio n. 1) / 800 (criterio n. 2)

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito ai criteri n. 3 e n. 4 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{\max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{\max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: ribasso

Off.: valore offerto dal concorrente

Pmax: 2,5

Base (solo per ribasso): 160

Soglia: 140

Soglia Minima (solo per rialzo): 0

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara



APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1b) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.		
CRITERIO	PUNTI MAX	GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	GMS	ITALRAY
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	4,49	4,39	4,39
2	Corrente di tubo max (a 100 kVp) [mA]	0	0	4
3	Dimensione pixel detettore tavolo [µm]	2,5	2,5	0,04
4	Dimensione pixel detettore teleraadiografo [µm]	2,42	2,5	1,5

Il punteggio riferito ai criteri n. 1 e n. 2 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{cxy} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5 (criterio n. 1) / 4 (criterio n. 2)

Soglia: 100 (criterio n. 1) / 1000 (criterio n. 2)

Soglia Minima (solo per rialzo): 92 (criterio n. 1) / 800 (criterio n. 2)

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto  
Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito ai criteri n. 3 e n. 4 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: ribasso

Off.: valore offerto dal concorrente

Pmax: 2,5

Base (solo per ribasso): 160

Soglia: 140

Soglia Minima (solo per rialzo): 0

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1c) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'

LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.		
CRITERIO	PUNTI MAX	GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	GMS	ITALRAY
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	4,19	4,37	4,37
2	Corrente di tubo max (a 100 kVp) [mA]	0	0	4
3	Dimensione pixel detettore tavolo [µm]	2,15	2,5	0,81
4	Dimensione pixel detettore teleraadiografo [µm]	2,112	2,5	1,5

Il punteggio riferito ai criteri n. 1 e n. 2 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{cr} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5 (criterio n. 1) / 4 (criterio n. 2)

Soglia: 100 (criterio n. 1) / 1000 (criterio n. 2)

Soglia Minima (solo per rialzo): 92 (criterio n. 1) / 800 (criterio n. 2)

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito ai criteri n. 3 e n. 4 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: ribasso

Off.: valore offerto dal concorrente

Pmax: 2,5

Base (solo per ribasso): 160

Soglia: 140

Soglia Minima (solo per rialzo): 0

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

7

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL'I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 2) "SCHEDA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 5"

LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.		
CRITERIO	PUNTI MAX	GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	GMS	ITALRAY
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	4,19	4,37	4,37
2	Corrente di tubo max (a 100 kVp) [mA]	0	0	4
3	Dimensione pixel detettore tavolo [µm]	2,5	2,5	0,01
4	Dimensione pixel detettore teleradiografo [µm]	2,12	2,5	1,5
TOTALE		8,81	9,37	9,88

Il punteggio riferito ai criteri n. 1 e n. 2 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$


Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5 (criterio n. 1) / 4 (criterio n. 2)

Soglia: 100 (criterio n. 1) / 1000 (criterio n. 2)

Soglia Minima (solo per rialzo): 92 (criterio n. 1) / 800 (criterio n. 2)



Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto  
Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito ai criteri n. 3 e n. 4 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{off} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{base - Off}{base - soglia} & \text{se } Off \geq soglia \\ P_{max} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dinamica: ribasso

Off.: valore offerto dal concorrente

Pmax: 2,5

Base (solo per ribasso): 160

Soglia: 140

Soglia Minima (solo per rialzo): 0

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara





## Verbale n. 5 del 21 gennaio 2019 della Commissione Giudicatrice

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - Numero gara SIMOG: n. 7133403**

L'anno duemila diciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio , alle ore 10:15, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di affidamento in questione. La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018, è così composta:

- Dr. Mario VENDEGNA – Presidente
- Dr. Nicola PARTIPILO – Componente
- Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI - Componente

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Venera LOCICERO, della SUA-RB.

Il presidente riscontrata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta ed introduce i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente.

La commissione procede con l'apertura e la verifica della documentazione tecnica relativa alle tre offerte relative al lotto n. 6. In assenza di rilievi significativi e accertato il possesso da parte di tutte le apparecchiature offerte in gara delle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel Capitolato tecnico, la commissione procede all'assegnazione dei punteggi, relativi ai criteri aggiuntivi di valutazione di cui all'Allegato 2 – Capitolato tecnico, per i telecomandati digitali diretti (lotto n. 6) offerti dalle ditte ammesse.

Nello specifico il punteggio riferito ai suddetti criteri di competenza della Commissione viene assegnato secondo le formule riportate nell'Allegato 1 – Capitolato tecnico. A seguito dell'applicazione delle succitate formule e dell'indicazione dei punteggi ottenuti ogni commissario procede individualmente a compilare le schede, all'uopo predisposte, per ciascun lotto.

I punteggi riportati nelle schede cartacee, compilate da ogni singolo componente e per ciascun lotto, vengono elaborati e trasferiti su apposita scheda punteggi.

Tali schede cartacee costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

LOTTO N.	SCHEDE ALLEGATE
6	ALLEGATO 1a) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1b) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 1c) PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA' ALLEGATO 2) SCHEDA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 6

COMMISSIONE GIUDICATRICE

REGIONE BASILICATA  
Stazione Unica Appaltante  
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

Alle ore 14.00 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta fissando per il 28 gennaio 2019 alle ore 9.15 l'incontro successivo presso i locali della Stazione Unica Appaltante della regione Basilicata.

Il supporto informatico viene consegnato al segretario che ne garantisce la custodia.  
Letto, confermato e sottoscritto

Potenza, il 21.01.2019

Dr. Mario VENDEGNA Mario Vendegna

Dr. Nicola PARTIPILO Nicola Partipilo

Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI Fabia Laviani Mancinelli

Dr.ssa Venera LOCICERO Venera Locicero

COMMISSIONE GIUDICATRICE

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL'  
AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE  
ELETTROMEDICALI**

**ALLEGATO 1a) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'**

LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.			
CRITERIO	PUNTI MAX	ASSING	GENERALMEDICAL MIERATE S.P.A.	GMS	
1 TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	4.19	4.19	4.37	
9 Sistemi di riduzione della dose in scopia pulsata	1	1	1	1	
10 Sistemi di riduzione della dose basato su collimazione virtuale	1	1	1	1	
11 Sistemi di riduzione della dose per tecniche pediatriche	1	1	1	1	
12 Sistemi di riduzione della dose tramite memorizzazione immagini fluoroscopiche per successivo review	1	1	1	1	
13 Sistemi di riduzione della dose tramite conformazione del fascio	1	1	1	1	
14 frequenza del generatore ≥ 250 KHz	2	0	2	2	
15 ratio griglia antidiffusione ≥ 12:1	2	2	2	2	

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{gr} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5

Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara



Il punteggio riferito ai criteri n. 9-10-11-12-13-14-15 sarà assegnato secondo un elenco scelte:  
NO: 0    SI: 1 (criteri 9-10-11-12-13) e 2 (criteri 14-15)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rossi' or similar, located at the bottom of the page.

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

**ALLEGATO 1b) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'**

LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.		
CRITERIO	PUNTI MAX	ASSING	GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	GMS
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	4,49	4,49
9	Sistemi di riduzione della dose in scopia pulsata	1	1	1
10	Sistemi di riduzione della dose basato su collimazione virtuale	1	1	1
11	Sistemi di riduzione della dose per tecniche pediatriche	1	1	1
12	Sistemi di riduzione della dose tramite memorizzazione immagini fluoroscopiche per successivo review	1	1	1
13	Sistemi di riduzione della dose tramite conformazione del fascio	1	1	1
14	frequenza del generatore ≥ 250 KHz	2	0	2
15	ratio griglia antiodifusione ≥ 12:1	2	2	2

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{gr} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5

Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

Il punteggio riferito ai criteri n. 9-10-11-12-13-14-15 sarà assegnato secondo un elenco scelte:  
NO: 0    SI: 1 (criteri 9-10-11-12-13) e 2 (criteri 14-15)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA  
SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO  
IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

**ALLEGATO 1c) "PUNTEGGIO COMMISSARIO - QUALITA'**

LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.		
CRITERIO	PUNTI MAX	ASSING	GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	GMMS
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	4,19	4,37
9	Sistemi di riduzione della dose in scopia pulsata	1	1	1
10	Sistemi di riduzione della dose basato su collimazione virtuale	1	1	1
11	Sistemi di riduzione della dose per tecniche pediatriche	1	1	1
12	Sistemi di riduzione della dose tramite memorizzazione immagini fluoroscopiche per successivo review	1	1	1
13	Sistemi di riduzione della dose tramite conformazione del fascio	1	1	1
14	frequenza del generatore ≥ 250 kHz	2	0	2
15	ratio griglia antiodiffusione ≥ 12:1	2	2	2

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{gr} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5

Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara

C

Il punteggio riferito ai criteri n. 9-10-11-12-13-14-15 sarà assegnato secondo un elenco scelte:  
NO: 0    SI: 1 (criteri 9-10-11-12-13) e 2 (criteri 14-15)

0

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA  
SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO  
IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

**ALLEGATO 2) "SCHEDA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA LOTTO 6"**

LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		OO.EE.		
CRITERIO	PUNTI MAX	ASSING	GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	GMS
1	TEMPO DI ATTIVITA' APPARECCHIATURA (UP-TIME) GARANTITO (%)	5	4,19	4,37
9	Sistemi di riduzione della dose in scopia pulsata	1	1	1
10	Sistemi di riduzione della dose basato su collimazione virtuale	1	1	1
11	Sistemi di riduzione della dose per tecniche pediatriche	1	1	1
12	Sistemi di riduzione della dose tramite memorizzazione immagini fluoroscopiche per successivo review	1	1	1
13	Sistemi di riduzione della dose tramite conformazione del fascio	1	1	1
14	frequenza del generatore ≥ 250 KHz	2	0	2
15	ratio griglia antidi diffusione ≥ 12:1	2	2	2
<b>TOTALE</b>		<b>11,19</b>	<b>13,19</b>	<b>13,37</b>

Il punteggio riferito al criterio n. 1 sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{gr} = \begin{cases} P_{max} \times \frac{S - soglia_{min}}{soglia - soglia_{min}} & \text{se } soglia_{min} \leq S \leq soglia \\ 0 & \text{se } S < soglia_{min} \\ P_{max} & \text{se } S > soglia \end{cases}$$

Dinamica: rialzo

S: valore offerto dal concorrente

Pmax: 5

Soglia: 100

Soglia Minima (solo per rialzo): 92

Poff: punteggio ottenuto dal concorrente sul valore offerto

Pmax: valore massimo ammesso in gara



Il punteggio riferito ai criteri n. 9-10-11-12-13-14-15 sarà assegnato secondo un elenco scelte:  
NO: 0    SI: 1 (criteri 9-10-11-12-13) e 2 (criteri 14-15)

✓  
A  
B



## Verbale n. 6 del 28 gennaio 2019 della Commissione Giudicatrice

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - Numero gara SIMOG: n. 7133403

L'anno duemila diciannove, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 9:50, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura di affidamento in questione. La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018, è così composta:

- Dr. Mario VENDEGNA - Presidente
- Dr. Nicola PARTIPILO - Componente
- Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI - Componente

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Venera LOCICERO, della SUA-RB.

Il presidente riscontrata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta ed introduce i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente e riletture di tutti i verbali.

La commissione prende atto del dettaglio dei punteggi tecnici attribuiti automaticamente dal sistema Consip alle offerte ammesse per ciascun lotto e procede a sommare ad essi i relativi punteggi aggiuntivi di valutazione che ad essa competono nel limite del 20% del punteggio tecnico complessivo.

In tal modo il punteggio tecnico complessivo è dato dalla somma tra il punteggio di sistema ed il punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice.

Sul punteggio tecnico totale si procede, secondo quanto indicato nel Capitolato d'oneri, alla riparametrazione al fine di attribuire tutti i punti previsti all'elemento "qualità", solo per quanto riguarda i lotti con più di un'offerta valida.

I punteggi così riparametrati, riferiti a tutti i lotti di gara, vengono riportati su apposite schede punteggi:

ALLEGATO 1 "Prospetto finale Punteggio qualità" - lotti n. 1-2;

ALLEGATO 2 "Prospetto finale Punteggio qualità" - lotti n. 3-4;

ALLEGATO 3 "Prospetto finale Punteggio qualità" - lotti n. 5-6.

Tali schede cartacee costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 13.00 il Presidente, concluse le operazioni all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta fissando per il 4 febbraio 2019 alle ore 10.00 la seduta pubblica in cui verranno comunicate

### COMMISSIONE GIUDICATRICE

"APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI" Pag. 1 di 2




le risultanze della valutazione tecnica e aperte le offerte economiche degli operatori economici ammessi.

A tal fine si delega il RdP a darne comunicazione tempestivamente a tutte le ditte offerenti.


Letto, confermato e sottoscritto

Potenza, il 28.01.2019

Dr. Mario VENDEGNA




Dr. Nicola PARTIPILO



Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI



Dr.ssa Venera LOCICERO



COMMISSIONE GIUDICATRICE

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIGNERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 1) "PROSPETTO FINALE PUNTEGGIO QUALITA'" - LOTTI N. 1-2


LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI CONSIP	PUNTI COMMISSIONE	TOT. PUNTI QUALITA'	TOT. PUNTI QUALITA' RIPARAMETRATI	NOTE
ATTIHOSPITAL S.R.L.	50,81	//	//		Offerta non conforme al Capitolato tecnico
ESAOTE S.P.A.	48,98	3,75	52,73	//	In presenza di una sola offerta valida non si procede alla riparametrazione

LOTTO 2 - Ecotomografi multidisciplinari di fascia media

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI CONSIP	PUNTI COMMISSIONE	TOT. PUNTI QUALITA'	TOT. PUNTI QUALITA' RIPARAMETRATI	NOTE
ESAOTE S.P.A.	59,21	3,75	62,96	70,00	
SAPA S.R.L. UNIPERSONALE	43,52	5,00	48,52	53,95	

*[Handwritten signatures and initials]*



APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI


ALLEGATO 2) "PROSPETTO FINALE PUNTEGGIO QUALITA'" - LOTTI N. 3-4

LOTTO 3 - Ecotomografi portatili di fascia alta

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI CONSIP	PUNTI COMMISSIONE	TOT. PUNTI QUALITA'	TOT. PUNTI QUALITA' RIPARAMETRATI	NOTE
ESAOTE S.P.A.	53,97	3,75	57,72	//	In presenza di una sola offerta valida non si procede alla riparametrazione

LOTTO 4 - Mammografi

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI CONSIP	PUNTI COMMISSIONE	TOT. PUNTI QUALITA'	TOT. PUNTI QUALITA' RIPARAMETRATI	NOTE
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	42,00	8,47	50,47	55,56	
TECNOLIFE S.R.L.	54,00	9,59	63,59	70,00	



APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 3) "PROSPETTO FINALE PUNTEGGIO QUALITA'" - LOTTI N. 5-6


LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI CONSIP	PUNTI COMMISSIONE	TOT. PUNTI QUALITA'	TOT. PUNTI QUALITA' RIPARAMETRATI	NOTE
GENERALMEDICAL MERATE					
S.P.A.	36,04	8,81	44,85	56,09	
GMS	46,60	9,37	55,97	<b>70,00</b>	
ITALRAY	33,60	9,88	43,48	54,38	

LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI CONSIP	PUNTI COMMISSIONE	TOT. PUNTI QUALITA'	TOT. PUNTI QUALITA' RIPARAMETRATI	NOTE
ASSING	42,00	11,19	53,19	69,50	
GENERALMEDICAL MERATE					
S.P.A.	36,17	13,19	49,36	64,50	
GMS	40,20	13,37	53,57	<b>70,00</b>	

*Luigi Forte*  
*SPAL*



## Verbale n. 7 del 4 febbraio 2019 della Commissione Giudicatrice

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - Numero gara SIMOG: n. 7133403

L'anno duemila diciannove, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 10:30, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice al fine di comunicare le risultanze della valutazione tecnica e aprire le offerte economiche degli operatori economici ammessi. La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00225 del 12/11/2018, è così composta:

- Dr. Mario VENDEGNA – Presidente
- Dr. Nicola PARTIPILO – Componente
- Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI - Componente

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Venera LOCICERO, della SUA-RB.

Alla seduta odierna è, altresì, presente il RdP Ing. Esterina Caimo.

Il Presidente dato atto della presenza di tutti i componenti della Commissione, nonché del Segretario e dei seguenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti:

<i>Rappresentante</i>	<i>Operatore economico</i>
Giuseppe LONGO	GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.
Giuseppe LONGO	TECNOLIFE S.R.L.
Enrico MERILLI	ITALRAY
Vincenzo PLATONE	ATTIHOSPITAL S.R.L.
Vito PERRONE	SAPA S.R.L. UNIPERSONALE

dichiara aperta la seduta pubblica.

Il Presidente, premessi e richiamati i verbali delle precedenti sedute riservate, procede a dare lettura dei punteggi tecnici complessivi già riparametrati, ove la riparametrazione era prevista, attribuiti alle singole offerte tecniche per ciascun lotto, come riportati nelle apposite schede punteggi:

ALLEGATO 1 "Prospetto finale Punteggio qualità" - lotti n. 1-2;

ALLEGATO 2 "Prospetto finale Punteggio qualità" - lotti n. 3-4;

ALLEGATO 3 "Prospetto finale Punteggio qualità" - lotti n. 5-6,

allegate al verbale della Commissione giudicatrice n. 6 del 28 gennaio 2019.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI" Pag. 1 di 2

A questo punto la Commissione, con l'ausilio del RdP e consultando le apposite sezioni, verifica per ciascun Lotto la presenza a Sistema della documentazione relativa alle offerte economiche, ne esamina il contenuto secondo quanto richiesto dal Capitolato d'oneri e dà lettura dal Sistema per ciascun Lotto dell'importo totale offerto (IVA esclusa) dai fornitori per ciascun prodotto.

La Commissione, dopo avere invitato i rappresentanti degli operatori economici partecipanti a lasciare la seduta procede all'attribuzione del punteggio complessivo ( $P_{totale} = PT + PE$ ) conseguito da ciascun concorrente sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE) assegnato dal Sistema al punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT).

La Commissione redige, per ciascun lotto, la rispettiva graduatoria provvisoria e contrassegna e dichiara, per ciascun lotto, le offerte risultate anormalmente basse ai sensi del comma 3 art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ne dà comunicazione agli operatori economici dopo averli invitati a rientrare.

Il presidente della Commissione demanda quindi al RdP l'avvio delle attività sub-procedimentali di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi del comma 4 e ss. dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016.

L'esito delle attività di cui sopra sono, nel dettaglio, riportate negli allegati:

ALLEGATO 1 "Punteggi offerte" - lotti n. 1-2;

ALLEGATO 2 "Punteggi offerte" - lotti n. 3-4;

ALLEGATO 3 "Punteggi offerte" - lotti n. 5-6

che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La Commissione giudicatrice decide di trasmettere il presente verbale, unitamente ai verbali n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di conseguenza.

Alle ore 11:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Potenza, il 04.02.2019

Dr. Mario VENDEGNA



Dr. Nicola PARTIPILO



Dr.ssa Fabia LAVIANI MANCINELLI



Dr.ssa Venera LOCICERO



Ing. Esterina CAIMO



COMMISSIONE GIUDICATRICE

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI

ALLEGATO 1) "PUNTEGGI OFFERTE" - LOTTI N. 1-2

LOTTO 1 - Ecotomografo multidisciplinare fascia alta

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	OFFERTA ANORMALMENTE BASSA
ESAOTE S.P.A.	€ 227.325,00	42,45%	52,73	30	82,73	NO

LOTTO 2 - Ecotomografi multidisciplinari di fascia media

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	OFFERTA ANORMALMENTE BASSA
ESAOTE S.P.A.	€ 63.723,60	32,92%	70,00	30	100,00	SI
SAPA S.R.L. UNIPERSONALE	€ 76.106,00	19,89%	53,95	25,12	79,06	NO



APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 2) "PUNTEGGI OFFERTE" - LOTTI N. 3-4

LOTTO 3 - Ecotomografi portatili di fascia alta

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	OFFERTA ANORMALMENTE BASSA
ESAOTE S.P.A.	€ 101.132,84	0,85%	57,72	30	87,72	SI

LOTTO 4 - Mammografi

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	OFFERTA ANORMALMENTE BASSA
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	€ 216.500,00	27,83%	55,56	30	85,56	NO
TECNOLIFE S.R.L.	€ 228.700,00	23,77%	70,00	28,40	98,40	SI



APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL' AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL' I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ALLEGATO 3) "PUNTEGGI OFFERTE" - LOTTI N. 5-6

LOTTO 5 - Apparecchiature radiologiche multifunzione

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	OFFERTA ANORMALMENTE BASSA
GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	€ 209.000,00	5,43%	56,09	22,82	78,91	NO
GMS	€ 164.900,00	25,38%	70,00	28,92	98,92	SI
ITALRAY	€ 158.990,00	28,06%	54,38	30	84,38	NO

LOTTO 6 - Telecomandati digitali diretti

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO TOTALE OFFERTO	% RIBASSO	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	OFFERTA ANORMALMENTE BASSA
ASSING	€ 448.350,00	18,80%	69,50	30	99,50	SI
GENERALMEDICAL MERATE S.P.A.	€ 474.000,00	14,15%	64,50	28,38	92,88	SI
GMS	€ 456.300,00	17,36%	70,00	29,48	99,48	SI



**Verbale del 20/02/2019  
del RdP con la Commissione Giudicatrice**

**SEDUTA RISERVATA**

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE OCCORRENTI ALL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, ALL’AZIENDA SANITARIA DI POTENZA E ALL’I.R.C.C.S. CROB DI RIONERO IN VULTURE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - SIMOG gara n. 7133403

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 10:20, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza si sono riuniti, in seduta riservata, il RdP Ing. Esterina Caimo e la Commissione giudicatrice per le operazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sono presenti:

- Ing. Caimo Esterina (Resp. del Procedimento);
- Dott. Vendegna Mario – Dirigente (Presidente Commissione giudicatrice);
- Dott. Partipilo Nicola – Dirigente (Componente Commissione giudicatrice);
- Dott.ssa Laviani Mancinelli Fabia – Dirigente (Componente Commissione giudicatrice);

Il Responsabile del Procedimento comunica che, giusta verbale n. 7 del 04.02.2019 della Commissione giudicatrice, ha provveduto a richiedere agli Operatori Economici le spiegazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l’offerta così come riportato nel seguente prospetto.

Operatore Economico	Lotto	Prot. n.	Data
ESAOTE SPA	2,3	19181/20AB	04.02.2019
TECNOLIFE SRL	4	19159/20AB	04.02.2019
GMS	5	19178/20AB	04.02.2019
ASSING SPA	6	19186/20AB	04.02.2019

Gli Operatori Economici interessati dal procedimento ex art.97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. hanno provveduto a produrre le spiegazioni inoltrando le seguenti note acquisite al protocollo dipartimentale come si evince dal seguente prospetto:

REGIONE BASILICATA  
Stazione Unica Appaltante  
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

Operatore Economico	Lotto	Prot. n.	Data
ESAOTE SPA	2,3	24807/20AB	12.02.2019
TECNOLIFE SRL	4	24796/20AB	12.02.2019
GMS	5	28413/20AB	18.02.2019
ASSING SPA	6	24813/20AB	12.02.2019


Il Responsabile del Procedimento, unitamente alla Commissione giudicatrice, procede alla lettura e alle valutazioni delle giustificazioni prodotte.

Le giustificazioni pervenute, alla luce di quanto previsto e dettato dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, vengono ritenute nel complesso attendibili, pertanto i componenti della Commissione ed il RdP valutano le offerte congrue e affidabili, tenuto conto dei relativi progetti tecnici.


Alle ore 10:45 la seduta viene chiusa.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 20/02/2019

Presidente Dott. Vendegna Mario 

Componente Partipilo Nicola 

Componente Laviani Mancinelli Fabia 

Il RdP ing. Esterina Caimo 