

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA  
APPALTANTE DELLA REGIONE  
BASILICATA (SUA-RB)

REGIONE BASILICATA

UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E  
SOGGETTO AGGREGATORE  
20AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AB.2018/D.00143

DEL 31/7/2018

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di medicina nucleare dei Presidi Ospedalieri di Potenza e di Matera - SIMOG: 6S49398. Aggiudicazione efficace.

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratorie dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni*

*organizzative”;*

- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;*
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;*
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018 e 437/2018 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017 e 434/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;*
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2018”;*
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 recante: *“Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;*
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 01 giugno 2018, n. 474 *“Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;*
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;*
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- “2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale **soggetto aggregatore** della Regione Basilicata.”;*
- VISTE** le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

**DATO ATTO**

che con determinazione dirigenziale dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2017/D.00113 del 22/08/2017, è stata indetta la procedura di appalto nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l' "affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri di Potenza e di Matera", ripartita in un unico lotto, per un importo complessivo a base di gara di € 1.425.600,00, compresi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA come per legge, ed un valore stimato dell'appalto pari a € 4.264.900,00 esclusa IVA, così individuato:

	Importo relativo all'affidamento in oggetto per la durata di 12 mesi comprensivo dell'eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi	
	Importo 12 mesi	Importo di (eventuale) rinnovo per ulteriori 12 mesi
Affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container	€ 1.425.600,00	€ 1.425.600,00
Eventuale prestazione di servizi opzionali a pagamento	€ 706.850,00	€ 706.850,00
<b>Valore complessivo dell'appalto</b>	<b>€ 4.264.900,00</b>	

e così ripartito tra le Aziende Sanitarie:

	Importo relativo alla durata di 12 mesi		Importo per l'eventuale rinnovo per la durata di ulteriori 12 mesi	
	Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza (AOR)	Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)	Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza (AOR)	Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)
Affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container	€ 806.350,00	€ 619.250,00	€ 806.350,00	€ 619.250,00
Eventuale prestazione di servizi opzionali a pagamento	€ 417.400,00	€ 289.450,00	€ 417.400,00	€ 289.450,00
Totale fornitura oggetto dell'appalto	€ 1.223.750,00	€ 908.700,00	€ 1.223.750,00	€ 908.700,00
	€ 2.132.450,00		€ 2.132.450,00	
	€ 4.264.900,00			

**DATO ATTO**

che il bando di indizione della gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S182 n. 372695 - 2017 IT del 22/09/2017, sulla G.U.R.I. n. 110 del 22/09/2017 e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali il 25/09/2017 e che la documentazione di gara è stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile in download sul sito istituzionale della Regione Basilicata, raggiungibile al link: <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

**DATO ATTO**

che il termine per la presentazione delle offerte, così come stabilito nel bando di gara, è scaduto alle ore 12.00 del 19/10/2017;

**DATO ATTO**

che entro il suddetto termine è pervenuta n. 1 offerta come riportato nel seguente prospetto:

N	ELENCO O.E. CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA	Prot. n.	del	ora
1	FORA spa	172015/20A2	31/10/2017	11:50

**PRESO ATTO**

della determinazione dirigenziale dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2017/D.00187 del 27/11/2017 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il verbale n. 1 del Seggio di gara di verifica della documentazione amministrativa e, per gli effetti, si è così determinato sull'ammissione/esclusione degli operatori economici alle successive fasi di gara:

N	ELENCO O.E. CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA	ESITO BUSTA A
1	FORA spa	AMMESSO

**DATO ATTO**

che con determinazione n. 20A2.2018/D.00014 del 26/01/2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ha nominato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice, così composta:

- MUSSOLIN Luigi – Presidente
- NARDELLA Michele – Componente
- SCARANO Enrico – Componente
- COLACCHIO Carmine Pio – Segretario;

**ATTESO**

che la Commissione giudicatrice, come da verbali depositati agli atti dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" del Dipartimento Stazione Unica Appaltante – RB, ha valutato le offerte tecniche e, come da verbale n. 3 del 15/03/2018, ha provveduto in seduta pubblica all'apertura dell'offerta economica dell'operatore economico ammesso aggiudicando provvisoriamente il lotto dell'appalto relativo all' "affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri di Potenza e di Matera" al seguente operatore:

Lotto	Operatore economico risultato primo in ragione di quanto disposto dal Disciplinare di gara ex art. 23	Punteggio Totale (Offerta Tecnica + Offerta Economica)	Importo oltre IVA - Affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container	Importo oltre IVA - Eventuale prestazione di servizi opzionali a pagamento
1	FORA spa	100,00	€ 1.423.020,00	€ 705.950,00

**RILEVATO**

che si è resa necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. di verifica di congruità dell'offerta in quanto l'offerta presentata dall'operatore economico interessato è risultata anormalmente bassa;

**ATTESO** che dalle verifiche delle spiegazioni pervenute da parte dell'operatore economico interessato, relative all'offerta ritenuta anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.20/2016 s.m.i., la Commissione giudicatrice unitamente al Responsabile del Procedimento hanno verificato la correttezza delle stesse, giusto verbale n. 1 del 19/04/2018;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento Ing. Luigi Battista ha proceduto, nei modi previsti dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di gara e che tali verifiche si sono concluse con esito favorevole;

**RITENUTO** per quanto detto:

- di prendere atto ed approvare il verbale del Seggio di gara n. 2 del 15/02/2018 inerente le operazioni di apertura della busta B – “Offerta tecnica”;
- di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 15/02/2018, n. 2 del 05/03/2018 e di seduta pubblica n. 3 del 15/03/2018 relativi alla gara “Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di medicina nucleare dei presidi ospedalieri di Potenza e di Matera” – SIMOG: gara n. 6849398, CIG: 7207235E75, dai quali si rileva la seguente graduatoria finale:

Lotto	Operatore economico risultato primo in ragione di quanto disposto dal Disciplinare di gara ex art. 23	Punt. Totale (O.T. + O.E.)
1	FORA SPA	100,00

- di prendere atto ed approvare il verbale n. 1 del 19/04/2018 inerente le operazioni di verifica delle spiegazioni pervenute da parte dell'operatore economico interessato relative all'offerta ritenuta anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.20/2016 s.m.i.;

- di dover procedere all'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del lotto della gara di che trattasi in favore del seguente operatore economico:

Lotto	Operatore economico risultato primo in ragione di quanto disposto dal Disciplinare di gara ex art. 23	Punteggio Totale (Offerta Tecnica + Offerta Economica)	Importo oltre IVA - Affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container	Importo oltre IVA - Eventuale prestazione di servizi opzionali a pagamento
1	FORA spa	100,00	€ 1.423.020,00	€ 705.950,00

**DATO ATTO** che in data 02/05/2018 è stata inoltrata sul portale del Ministero dell'Interno la richiesta di certificazione antimafia per l'operatore economico FORA SPA (PR\_PZUTG\_Ingresso\_0021612\_20180502);

**DATO ATTO** che per la stessa, non essendo pervenuto nel termine di 30 (trenta) giorni ed a tutt'oggi alcun ulteriore riscontro, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di **prendere atto ed approvare:**

- il verbale del Seggio di gara n. 2 del 15/02/2018 inerente le operazioni di apertura della busta B – “Offerta tecnica”;
- i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 15/02/2018, n. 2 del 05/03/2018 e di seduta pubblica n. 3 del 15/03/2018 relativi alla gara “Gara di appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di medicina nucleare dei presidi ospedalieri di Potenza e di Matera” – SIMOG: gara n. 6849398, CIG: 7207235E75, dai quali si rileva la seguente graduatoria finale:

Lotto	Operatore economico risultato primo in ragione di quanto disposto dal Disciplinare di gara ex art. 23	Punt. Totale (O.T. + O.E.)
1	FORA SPA	100,00

- il verbale n. 1 del 19/04/2018 inerente le operazioni di verifica delle spiegazioni pervenute da parte dell’operatore economico interessato relative all’offerta ritenuta anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.20/2016 s.m.i.;

2. di **disporre**, per i motivi riportati in premessa, l’**aggiudicazione efficace**, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della gara di che trattasi in favore del seguente operatore economico:

Lotto	Operatore economico risultato primo in ragione di quanto disposto dal Disciplinare di gara ex art. 23	Punteggio Totale (Offerta Tecnica + Offerta Economica)	Importo oltre IVA - Affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container	Importo oltre IVA - Eventuale prestazione di servizi opzionali a pagamento
1	FORA spa	100,00	€ 1.423.020,00	€ 705.950,00

3. di **pubblicare** il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” dopo la data di adozione (da intendersi quale data di apposizione del visto di regolarità amministrativa), e di **trasmetterlo** agli operatori economici interessati;
4. di **trasmettere** copia del presente provvedimento all’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza ed all’Azienda Sanitaria Locale di Matera;
5. di **trasmettere**, altresì, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito esemplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RPC e Responsabile per la trasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n.33/2013 ed al RUP della presente procedura di gara;
6. di **dare atto**, altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” del Dipartimento SUA-RB;
7. di **pubblicare** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti>

L'ISTRUTTORE **LUIGI BATTISTA**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE **Aldo Corrado**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di medicina nucleare dei Presidi Ospedalieri di Potenza e di Matera - SIMOG: 6S49398. Aggiudicazione efficace.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **01/08/2018**

### OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Angelo Raffaele Rinaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

## **Elenco Firme del provvedimento n. 20AB.2018/D.00143 del 31/07/2018**

Numero Certificato: 57E9CED96A5CB3E8F51F0ABBAD937C4A

Rilasciato a: dnQualifier=14039065, SN=BATTISTA, G=LUIGI,  
SERIALNUMBER=IT:BTTLGU85R10G942T, CN=BATTISTA LUIGI, O=non presente, C=IT

Valido da: 25/02/2015 1.00.00

fino a: 25/02/2021 0.59.59

documento firmato il : 16/07/2018

---

Numero Certificato: 57E9CED96A5CB3E8F51F0ABBAD937C4A

Rilasciato a: dnQualifier=14039065, SN=BATTISTA, G=LUIGI,  
SERIALNUMBER=IT:BTTLGU85R10G942T, CN=BATTISTA LUIGI, O=non presente, C=IT

Valido da: 25/02/2015 1.00.00

fino a: 25/02/2021 0.59.59

documento firmato il : 16/07/2018

---

Numero Certificato: 3448BE38ADFD5E2052612119585BA1FC

Rilasciato a: dnQualifier=14137755, SN=Corrado, G=Aldo,  
SERIALNUMBER=IT:CRRLDA51T08G942B, CN=Corrado Aldo, O=non presente, C=IT

Valido da: 20/03/2015 1.00.00

fino a: 20/03/2021 0.59.59

documento firmato il : 16/07/2018

---

Numero Certificato: 3448BE38ADFD5E2052612119585BA1FC

Rilasciato a: dnQualifier=14137755, SN=Corrado, G=Aldo,  
SERIALNUMBER=IT:CRRLDA51T08G942B, CN=Corrado Aldo, O=non presente, C=IT

Valido da: 20/03/2015 1.00.00

fino a: 20/03/2021 0.59.59

documento firmato il : 16/07/2018

---

Numero Certificato: 3448BE38ADFD5E2052612119585BA1FC

Rilasciato a: dnQualifier=14137755, SN=Corrado, G=Aldo,  
SERIALNUMBER=IT:CRRLDA51T08G942B, CN=Corrado Aldo, O=non presente, C=IT

Valido da: 20/03/2015 1.00.00

fino a: 20/03/2021 0.59.59

documento firmato il : 16/07/2018

---

Numero Certificato: 61F91F6C4769E2FAA54AB6A574E1EF8C

Rilasciato a: dnQualifier=15428583, SN=Rinaldi, G=Angelo Raffaele,  
SERIALNUMBER=IT:RNLNLR59S15A519M, CN=Rinaldi Angelo Raffaele, O=non presente,  
C=IT

Valido da: 07/04/2016 2.00.00

fino a: 08/04/2022 1.59.59

documento firmato il : 31/07/2018

---

Numero Certificato: 0313F34C85AAE44B03DE96CDAD124911

Rilasciato a: dnQualifier=18638107, SN=Palamone, G=Assunta Anna Luisa,  
SERIALNUMBER=TINIT-PLMSNT63H61G942K, CN=Palamone Assunta Anna Luisa, C=IT

Valido da: 12/07/2018 2.00.00

fino a: 12/07/2024 1.59.59

documento firmato il : 01/08/2018

---



**Verbale n. 2 del 15/02/2018 del Seggio di gara**

**GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA – SIMOG: 6849398**

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 15,25, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara nominato dal Dirigente dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB prot. n. 175767/20AB del 08/11/2017 e di seguito costituito:

- Ing. Luigi Battista – Responsabile del Procedimento – SUA-RB – Presidente;
- Ing. Giuseppe Bianchini – SUA-RB – Componente;
- Dott. Simone Grosso – SUA-RB – Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante.

Sono inoltre presenti i membri della Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2018/D.00014 del 26/01/2018, di seguito indicati:

Componente	Ruolo
Luigi MUSSOLIN	Presidente
Michele NARDELLA	Componente
Enrico SCARANO	Componente
Carmine Pio COLACCHIO	Segretario

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici concorrenti.

Premesso che:

- con seduta del Seggio di gara del 09/11/2017, giusto verbale n.1 di pari data, si è proceduto alla apertura del plico relativo all’offerta pervenuta;
- con Determina Dirigenziale 20AB.2017/D.00187 del 27/11/2017, “Gara di appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di medicina nucleare dei Presidi Ospedalieri di Potenza e di Matera - SIMOG: 6849398. Esito verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara”, sono stati indicati gli Operatori Economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara;
- il Disciplinare di gara, all’art. 24 comma 6, prevede che in seduta pubblica si procede all’apertura della “BUSTA B - Offerta tecnica” per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare;
- in data 02/02/2018 è stato pubblicato l’avviso di seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti l’Offerta tecnica (“Busta B”) disponibile sul profilo del committente, raggiungibile al link:  
<https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFame=7&codice=G00080>.

Tutto ciò premesso il Seggio di gara procede all’apertura della busta B – “Offerta tecnica” presentata dagli operatori ammessi alle successive fasi di gara.

**COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA**

PLICO N.1 – FORA SPA

- elenco documentazione;
- documentazione attestante la conformità del sistema diagnostico PET-TC offerto alla direttiva europea sui Dispositivi Medici;
- documentazione attestante la conformità degli ulteriori prodotti offerti alle direttive europee applicabili;
- documentazione contenente codice CND e numero identificativo del dispositivo nel Repertorio Dispositivi Medici;
- schede tecniche dei prodotti offerti;
- relazione tecnica del servizio offerto;
- relazione tecnica del sistema offerto;
- relazione tecnica di posa in opera e funzionamento;
- relazione migliorie proposte;
- relazione assistenza tecnica e manutenzione;
- programma di addestramento.

Le operazioni del Seggio di gara vengono concluse alle ore 15:45.

Il Presidente consegna tutta la documentazione disponibile in atti alla commissione giudicatrice in uno con i verbali del Seggio di gara, oltre che di copia della Determinazione Dirigenziale di ammissione dei partecipanti alle successive fasi del procedimento. Tutta la documentazione prodotta dal concorrente viene riportata nei locali adibiti a deposito e custodia.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Ing. Luigi Battista – Presidente del Seggio di gara

Ing. Giuseppe Bianchini – Componente del Seggio di gara


Dott. Simone Grosso – Componente del Seggio di gara

Dott. Luigi Mussolin – Presidente della Commissione

Dott. Michele Nardella – Componente della Commissione

Dott. Enrico Scarano – Componente della Commissione

Sig. Carmine Pio Colacchio – Segretario della Commissione



COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI  
N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA  
NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA

**Verbale n. 1 del 15 febbraio 2018 della Commissione Giudicatrice**

**SEDUTA RISERVATA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITA' DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA" CODICE GARA SIMOG n. 6849398. -**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 16,00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00014 del 26/01/2018, è così composta:

- Dott. Luigi Mussolin - (Presidente);
- Dott. Michele Nardella - (Componente);
- Dott. Enrico Scarano - (Componente);

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Sig. Colacchio Carmine Pio, dipendente presso il Dipartimento SUA-RB.

Preliminarmente la Commissione prende atto:

della determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2017/D.00113 del 22/08/2017 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'Affidamento del "servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET.TC su mezzo mobile o su container per i servizi di medicina nucleare dei Presidi Ospedalieri di Potenza e di Matera" Codice di Gara SIMOG n. 6849398;

- del verbale n.1 del 9 novembre 2017 del Seggio di Gara;
- della determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2017/D00187 del 27/11/2017 "Esito verifica della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara "Busta A" -Atti consequenziali";
- delle operazioni di cui al verbale n. 2 del 15 febbraio 2018 del Seggio di Gara di apertura della "Busta B".

**COMMISSIONE GIUDICATRICE**

*Procedura aperta per l'Affidamento del "servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di medicina nucleare dei Presidi Ospedalieri di Potenza e di Matera" Codice di Gara SIMOG n. 6849398;*

Successivamente, il Segretario mostra ai componenti della Commissione il plico dell'offerta pervenuta e ammessa alle successive fasi di gara, come di seguito evidenziato:

N.	Operatore Economico che ha presentato offerta
1	FORA S.p.A.

All'interno del plico è presente la Busta B "Offerta tecnica" e la Busta C "Offerta economica", in una busta a sacco bianca intestata alla Regione Basilicata, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi dal Seggio di gara.

I membri della Commissione, esaminato il disciplinare di gara, verificano il possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato 1.A (*Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime dei dispositivi medici e delle prestazioni mediche richieste*).

Successivamente gli stessi dovendo attribuire ai criteri di valutazione di natura qualitativa un giudizio, come da disciplinare di gara, esprimeranno, discrezionalmente, un giudizio sintetico con diretto rinvio a quanto stabilito dall'art. 23 del disciplinare di gara.

La Commissione, infine, procede alla calendarizzazione gli incontri futuri, indicando le seguenti date di massima:

- Lunedì 05 marzo 2018, ore 15,00;
- Giovedì 08 marzo 2018, ore 15,00.

Si rimarca che dette date sono da intendersi non perentorie e che, quantunque, le sedute saranno precedute da convocazione da parte del Segretario.

Esaurite le operazioni odierne, alle ore 17,30, per il tramite del Presidente, viene dichiarata conclusa la seduta.

Il plico dell'Operatore Economico ammesso alla fase di valutazione, nonché la busta contenente la relativa offerta economica, vengono consegnati al Segretario per la custodia in luogo sicuro presso gli Uffici della SUA-RB.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 15/02/2018

Presidente Dott. Luigi Mussolin

Componente Dott. Michele Nardella

Componente Dott. Enrico Scarano

Segretario Sig. Colacchio Carmine Pio

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta per l'Affidamento del "servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per i servizi di medicina nucleare dei Presidi Ospedalieri di Potenza e di Matera" Codice di Gara SIMOG n. 6849398;



**Verbale n. 2 del 05 marzo 2018 della Commissione Giudicatrice**

**SEDUTA RISERVATA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITA' DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA" CODICE GARA SIMOG n. 6849398. -**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di marzo, alle ore 15:00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00014 del 26/01/2018, è così composta:

- Dott. Luigi Mussolin - (Presidente);
- Dott. Michele Nardella - (Componente);
- Dott. Enrico Scarano - (Componente);

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Sig. Colacchio Carmine Pio, dipendente presso il Dipartimento SUA-RB.

La Commissione procede al prelievo della Busta B "Offerta Tecnica" dell'operatore economico ammesso, ed alla lettura della relativa offerta tecnica, prestando particolare attenzione ai criteri/punteggi previsti per ciascuna variante proposta.

Dalla lettura dell'offerta tecnica presentata dall'operatore, i commissari esprimono i propri giudizi, che vengono riportati dal Segretario nel documento unico adottato con verbale n. 1 di seduta riservata e che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Commissione procede al controllo e alla verifica, dell'offerta presentata dall'operatore Economico e, visto il verbale precedente e, in modo particolare l'allegato al verbale n. 1, la Commissione procede a calcolare la media del punteggio per il concorrente, nonché all'attribuzione del punteggio finale, come meglio esplicitato nel prospetto allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Commissione avendo espletato il proprio compito, relativamente all'esame e conseguente attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche chiede, per le vie brevi al Responsabile del Procedimento, Ing. Luigi Battista, di procedere alla convocazione della seduta pubblica, per le comunicazioni in ordine alle risultanze dell'esame delle offerte tecniche e per l'apertura delle offerte economiche.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Esaurite le operazioni odierne, alle ore 17:30, per il tramite del Presidente, viene dichiarata conclusa la seduta.

I plichi dell'operatore Economico ammesso alla fase di valutazione, nonché la busta contenente la relativa offerta economica, vengono consegnati al Segretario per la custodia in luogo sicuro presso gli Uffici della SUA-RB.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.


Potenza, il 05/03/2018

Presidente Dott. Luigi Mussolin

Componente Dott. Michele Nardella

Componente Dott. Enrico Scarano

Segretario Sig. Colacchio Carmine Pio



COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA. SIMOG: gara n. 6849398. CIG: 7207235E75

Commissario Dott. Luigi MUSSOLIN

FORA SPA			
ID	Caratteristiche qualitative dell'offerta	Giudizio Sintetico	Coeff.
1	<p><b>SOLUZIONE PROPOSTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di rispondenza della soluzione proposta agli obiettivi delle Aziende sanitarie</li> <li>- Piano di allocazione nel sito delle Aziende sanitarie</li> <li>- Cronoprogramma delle fasi di predisposizione, fornitura ed avvio del servizio</li> </ul>	<p>Perfetta corrispondenza della soluzione proposta alle necessità delle Aziende Sanitarie, con ottima tempestività nella fornitura ed avvio del servizio dalla data di firma del contratto (3 giorni).</p> <p>L'allocazione è rispondente alle richieste.</p>	1,00
2	<p><b>ASPETTI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEL SERVIZIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modalità di erogazione del servizio</li> <li>- Elementi migliorativi delle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto inclusi nell'offerta</li> </ul>	<p>Ottima programmazione delle modalità di erogazione del Servizio, in particolare l'unità sarà dedicata esclusivamente a Potenza e Matera, ciò consentirà di minimizzare gli spostamenti, ottimizzare e migliorare la fornitura grazie al minor numero di spostamenti. Inoltre la possibilità di disporre di un'apparecchiatura sostitutiva eviterà la sospensione dell'attività. Il posizionamento dell'Unità mobile la sera prima è da considerarsi un ulteriore elemento migliorativo. E' stata valutata come ulteriore peculiarità l'installazione del tunnel di collegamento con il PO di Matera, che eviterà ai pazienti ricoverati di essere esposti agli agenti atmosferici.</p>	1,00
3	<p><b>SISTEMA DIAGNOSTICO APPARECCHIATURA PET E ACCESSORI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caratteristiche funzionali</li> <li>- Caratteristiche prestazionali</li> <li>- Elementi migliorativi inclusi nell'offerta</li> </ul>	<p>Il sistema PET risponde appieno ai requisiti richiesti. Da un punto di vista funzionale il gantry con apertura da 70cm e profondo solo 100 cm è meglio tollerato dai pazienti. Un campo di vista transassiale di 70 cm è da considerarsi un aspetto migliorativo, come pure l'estensione della scansione combinata di 160 cm. Altri elementi di rilievo sono l'overlapping di solo il 10% tra i lettini con un FOV assiale di 15,7 cm, superiore a quanto richiesto e l'elevato numero di anelli rilevatori offerto (24) consente una alta qualità di immagine. Sono da ritenersi aspetti qualitativi significativi anche i sistemi di correzione della radiazione diffusa, gli algoritmi di ricostruzione motion-free e la modalità 4Dx. Elementi migliorativi peculiari sono: la workstation di elaborazione GE Xeleris anche sull'unità mobile sia a Matera che Potenza e la soluzione GE AW server che consentirà a più utenti di accedere in remoto al software per la diagnosi, stadiazione e monitoraggio dei trattamenti terapeutici.</p>	0,90
4	<p><b>SISTEMA DIAGNOSTICO APPARECCHIATURA CT E ACCESSORI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caratteristiche funzionali</li> <li>- Caratteristiche prestazionali</li> <li>- Elementi migliorativi inclusi nell'offerta</li> <li>- Elevato numero di slices/risoluzione</li> </ul>	<p>Il sistema TC offerto è più che soddisfacente le esigenze richieste (16 strati vs 6 strati) con un tubo radiogeno che garantisce prestazioni elevate e un generatore on-board ad alta frequenza per evitare il degrado di qualità dei raggi x e con alta flessibilità dei parametri espositivi. La possibilità di utilizzare FOV ampi (500 mm) è da considerarsi elemento migliorativo come pure l'estensione longitudinale di scansione fino a 170 cm e la possibilità di bassi tempi di ricostruzione in tecnica volumetrica (fino a 20 imm/sec) anche a matrice elevata (512x512). Un elemento migliorativo importante è il lettino RTP Pallet che in aggiunta al FOV ampio suddetto consentirà l'utilizzo per le applicazioni radioterapiche. Appena sufficienti le caratteristiche tecniche dei computer della console di acquisizione e rielaborazione; ampia e vasta tuttavia la dotazione di software su entrambe le console.</p>	0,90
5	<p><b>PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenuti teorico-pratici</li> <li>- Modalità di erogazione</li> </ul>	<p>Il programma di addestramento del Personale è da ritenersi sufficiente per i contenuti, la durata e la modalità di erogazione. E' da ritenersi indispensabile il piano di formazione previsto per il personale TSRM che dovrà essere garantito per tutta la durata contrattuale da verificarsi ad opera della SA. E' da considerarsi elemento di qualità la possibilità di collegamento remoto con il servizio AppsLinq per la risoluzione di problemi di ordine minore (applicativi, scelta dei protocolli, parametri di acquisizione, ecc.)</p>	0,90

*Luigi Mussolin*

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA. SIMOC: gara n. 6849398. CIG: 7207235E75

Commissario Dott. Michele NARDELLA

FORA SPA			
ID	Caratteristiche qualitative dell'offerta	Giudizio Sintetico	Coef.
1	<b>SOLUZIONE PROPOSTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grado di rispondenza della soluzione proposta agli obiettivi delle Aziende sanitarie</li> <li>Piano di allocazione nel sito delle Aziende sanitarie</li> <li>Cronoprogramma delle fasi di predisposizione, fornitura ed avvio del servizio</li> </ul>	<p>Perfetta corrispondenza della soluzione proposta alle necessità delle Aziende Sanitarie, con ottima tempestività nella fornitura ed avvio del servizio dalla data di firma del contratto (3 giorni). L'allocazione è rispondente alle richieste.</p>	1,00
2	<b>ASPETTI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEL SERVIZIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modalità di erogazione del servizio</li> <li>Elementi migliorativi delle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto inclusi nell'offerta</li> </ul>	<p>Ottima programmazione delle modalità di erogazione del Servizio, in particolare l'unità sarà dedicata esclusivamente a Potenza e Matera, ciò consentirà di minimizzare gli spostamenti, ottimizzare e migliorare la fornitura grazie al minor numero di spostamenti. Inoltre la possibilità di disporre di un'apparecchiatura sostitutiva eviterà la sospensione dell'attività. Il posizionamento dell'Unità mobile la sera prima è da considerarsi un ulteriore elemento migliorativo. E' stata valutata come ulteriore peculiarità l'installazione del tunnel di collegamento con il PO di Matera, che eviterà ai pazienti ricoverati di essere esposti agli agenti atmosferici.</p>	1,00
3	<b>SISTEMA DIAGNOSTICO APPARECCHIATURA PET E ACCESSORI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caratteristiche funzionali</li> <li>Caratteristiche prestazionali</li> <li>Elementi migliorativi inclusi nell'offerta</li> </ul>	<p>Il sistema PET risponde appieno ai requisiti richiesti. Da un punto di vista funzionale il gantry con apertura da 70cm e profondo solo 100 cm è meglio tollerato dai pazienti. Un campo di vista trasversale di 70 cm è da considerarsi un aspetto migliorativo, come pure l'estensione della scansione combinata di 160 cm. Altri elementi di rilievo sono l'overlapping di solo il 10% tra i lettini con un FOV assiale di 15,7 cm, superiore a quanto richiesto e l'elevato numero di anelli rilevatori offerto (24) consente una alta qualità di immagine. Sono da ritenersi aspetti qualitativi significativi anche i sistemi di correzione della radiazione diffusa, gli algoritmi di ricostruzione motion-free e la modalità 4Dx. Elementi migliorativi peculiari sono: le workstation di elaborazione GE Xeleris anche sull'unità mobile sia a Matera che Potenza e la soluzione GE AW server che consentirà a più utenti di accedere in remoto al software per la diagnosi, stadiazione e monitoraggio dei trattamenti terapeutici.</p>	0,80
4	<b>SISTEMA DIAGNOSTICO APPARECCHIATURA CT E ACCESSORI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caratteristiche funzionali</li> <li>Caratteristiche prestazionali</li> <li>Elementi migliorativi inclusi nell'offerta</li> <li>Elevato numero di slices/rivoluzione</li> </ul>	<p>Il sistema TC offerto è più che soddisfacente le esigenze richieste (16 strati vs 6 strati) con un tubo radiogeno che garantisce prestazioni elevate e un generatore on-board ad alta frequenza per evitare il degrado di qualità dei raggi x e con alta flessibilità dei parametri espositivi. La possibilità di utilizzare FOV ampi (500 mm) è da considerarsi elemento migliorativo come pure l'estensione longitudinale di scansione fino a 170 cm e la possibilità di bassi tempi di ricostruzione in tecnica volumetrica (fino a 20 imm/sec) anche a matrice elevata (512x512). Un elemento migliorativo importante è il lettino RTP Pallet che in aggiunta al FOV ampio suddetto consentirà l'utilizzo per le applicazioni radioterapiche. Appena sufficienti le caratteristiche tecniche dei computer della console di acquisizione e ricostruzione; ampia e vasta tuttavia la dotazione di software su entrambe le console.</p>	0,80
5	<b>PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contenuti teorico-pratici</li> <li>Modalità di erogazione</li> </ul>	<p>Il programma di addestramento del Personale è da ritenersi sufficiente per i contenuti, la durata e la modalità di erogazione. E' da ritenersi indispensabile il piano di formazione previsto per il personale TSRM che dovrà essere garantito per tutta la durata contrattuale da verificarsi ad opera della SA. E' da considerarsi elemento di qualità la possibilità di collegamento remoto con il servizio AppSLing per la risoluzione di problemi di ordine minore (applicativi, scelta dei protocolli, parametri di acquisizione, ecc.)</p>	0,90

Commissario Dott. Enrico SCARANO

FORA SPA			
ID	Caratteristiche qualitative dell'offerta	Giudizio Sintetico	Coeff.
1	<b>SOLUZIONE PROPOSTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di rispondenza della soluzione proposta agli obiettivi delle Aziende sanitarie</li> <li>- Piano di allocazione nel sito delle Aziende sanitarie</li> <li>- Cronoprogramma delle fasi di predisposizione, fornitura ed avvio del servizio</li> </ul>	<p>Perfetta corrispondenza della soluzione proposta alle necessità delle Aziende Sanitarie, con ottima tempestività nella fornitura ed avvio del servizio dalla data di firma del contratto (3 giorni). L'allocazione è rispondente alle richieste.</p>	1,00
2	<b>ASPETTI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEL SERVIZIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modalità di erogazione del servizio</li> <li>- Elementi migliorativi delle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto inclusi nell'offerta</li> </ul>	<p>Ottima programmazione delle modalità di erogazione del Servizio, in particolare l'unità sarà dedicata esclusivamente a Potenza e Matera, ciò consentirà di minimizzare gli spostamenti, ottimizzare e migliorare la fornitura grazie al minor numero di movimentazioni. Inoltre la possibilità di disporre di un'apparecchiatura sostitutiva eviterà la sospensione dell'attività. Il posizionamento dell'Unità mobile la sera prima è da considerarsi un ulteriore elemento migliorativo. E' stata valutata come ulteriore peculiarità l'installazione del tunnel di collegamento con il PO di Matera, che eviterà ai pazienti ricoverati di essere esposti agli agenti atmosferici.</p>	1,00
3	<b>SISTEMA DIAGNOSTICO APPARECCHIATURA PET E ACCESSORI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caratteristiche funzionali</li> <li>- Caratteristiche prestazionali</li> <li>- Elementi migliorativi inclusi nell'offerta</li> </ul>	<p>Il sistema PET risponde appieno ai requisiti richiesti. Da un punto di vista funzionale il gantry con apertura da 70cm e profondo solo 100 cm è meglio tollerato dai pazienti. Un campo di vista trasversale di 70 cm è da considerarsi un aspetto migliorativo, come pure l'estensione della scansione combinata di 160 cm. Altri elementi di rilievo sono l'overlapping di solo il 10% tra i lettini con un FOV assiale di 15,7 cm, superiore a quanto richiesto e l'elevato numero di anelli rilevatori offerto (24) consente una alta qualità di immagine. Sono da ritenersi aspetti qualitativi significativi anche i sistemi di correzione della radiazione diffusa, gli algoritmi di ricostruzione motion-free e la modalità 4Dx. Elementi migliorativi peculiari sono: le workstation di elaborazione GE Xeleris anche sull'unità mobile sia a Matera che Potenza e la soluzione GE AW server che consentirà a più utenti di accedere in remoto ai software per la diagnosi, stadiazione e monitoraggio dei trattamenti terapeutici.</p>	0,90
4	<b>SISTEMA DIAGNOSTICO APPARECCHIATURA CT E ACCESSORI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caratteristiche funzionali</li> <li>- Caratteristiche prestazionali</li> <li>- Elementi migliorativi inclusi nell'offerta</li> <li>- Elevato numero di slices/rivoluzione</li> </ul>	<p>Il sistema TC offerto è più che soddisfacente le esigenze richieste (16 strati vs 6 strati) con un tubo radiogeno che garantisce prestazioni elevate e un generatore on-board ad alta frequenza per evitare il degrado di qualità dei raggi x e con alta flessibilità dei parametri espositivi. La possibilità di utilizzare FOV ampi (500 mm) è da considerarsi elemento migliorativo come pure l'estensione longitudinale di scansione fino a 170 cm e la possibilità di bassi tempi di ricostruzione in tecnica volumetrica (fino a 20 imm/sec) anche a matrice elevata (512x512). Un elemento migliorativo importante è il lettino RTP Pallet che in aggiunta al FOV ampio suddetto consentirà l'utilizzo per le applicazioni radioterapiche. Appena sufficienti le caratteristiche tecniche dei computer della consolle di acquisizione e rielaborazione; ampia e vasta tuttavia la dotazione di software su entrambe le consolle.</p>	0,80
5	<b>PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenuti teorico-pratici</li> <li>- Modalità di erogazione</li> </ul>	<p>Il programma di addestramento del Personale è da ritenersi sufficiente per i contenuti, la durata e la modalità di erogazione. E' da ritenersi indispensabile il piano di formazione previsto per il personale TSRM che dovrà essere garantito per tutta la durata contrattuale da verificarsi ad opera della SA. E' da considerarsi elemento di qualità la possibilità di collegamento remoto con il servizio AppsLink per la risoluzione di problemi di ordine minore (applicativi, scelta dei protocolli, parametri di acquisizione, ecc.)</p>	0,90

*Enrico Scarano*

RIEPILOGO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

FORA SPA								
ID	Caratteristiche qualitative dell'offerta	Punti Max assegnabili $W_i$	Coefficienti attribuiti dai Commissari			Media coefficienti Commissari	Coefficiente definitivo $V_{(ai)}$	P.ti Assegnati $W_i \times V_{(ai)}$
			Dott. Mussolin	Dott. Scarano	Dott. Nardella			
		a	b	c	d	$e = (b+c+d)/3$	f	$g=a \times f$
1	SOLUZIONE PROPOSTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO - Grado di rispondenza della soluzione proposta agli obiettivi delle Aziende sanitarie - Piano di allocazione nel sito delle Aziende sanitarie - Cronoprogramma delle fasi di predisposizione, fornitura ed avvio del servizio	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
2	ASPETTI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEL SERVIZIO - Modalità di erogazione del servizio - Elementi migliorativi delle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto inclusi nell'offerta	20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
3	SISTEMA DIAGNOSTICO APPARECCHIATURA PET E ACCESSORI - Caratteristiche funzionali - Caratteristiche prestazionali - Elementi migliorativi inclusi nell'offerta	20	0,90	0,90	0,80	0,87	1,00	20,00
4	SISTEMA DIAGNOSTICO APPARECCHIATURA CT E ACCESSORI - Caratteristiche funzionali - Caratteristiche prestazionali - Elementi migliorativi inclusi nell'offerta - Elevato numero di slices/rivoluzione	20	0,90	0,80	0,80	0,83	1,00	20,00
5	PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE - Contenuti teorico-pratici - Modalità di erogazione	5	0,90	0,90	0,80	0,87	1,00	5,00
TOTALE		70					TOTALE	70,00

LEGENDA

\*Colonna "f" =>


Trattandosi di lotto con singolo operatore economico partecipante, il valore del coefficiente  $V_{ai}$  assume valore 1

I COMMISSARI

Presidente Dott. Luigi Mussolin

Commissario Dott. Enrico Scarano

Commissario Dott. Michele Nardella





**Verbale n. 3 del 15/03/2018 della Commissione giudicatrice**

**SEDUTA PUBBLICA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITA' DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA" CODICE GARA SIMOG n. 6849398. -**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 15,00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00014 del 26/01/2018, è così composta:

Dott. Luigi Mussolin - (Presidente);

Dott. Michele Nardella – (Componente);

Dott. Enrico Scarano – (Componente);

mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Sig. Colacchio Carmine Pio, dipendente presso il Dipartimento SUA-RB.

A seguito della convocazione in seduta pubblica per la comunicazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica ammessa ed all'apertura della BUSTA C "Offerta Economica", è presente il Dott. Salvatore CONTE in rappresentanza dell'Operatore Economico FORA S.p.A.


Il Presidente, rende noto il punteggio attribuito al concorrente FORA S.p.A., a seguito della valutazione dell'offerta tecnica pervenuta, così come riportato nel verbale n. 2 del 5 marzo 2018, e precisamente:

Operatore Economico	Punteggio tecnico conseguito
FORA S.p.A.	70



Si precisa che, così come indicato dal Disciplinare di gara, si è proceduto alla riparametrazione, che, trattandosi di una sola offerta, si traduce nell'attribuire al concorrente il punteggio massimo, pari a 70 punti.

Il Presidente unitamente a tutti i presenti, constatata l'integrità e all'apertura della BUSTA C "offerta economica", presentata dal concorrente FORA S.p.A., per controllare il contenuto e verificare che esso sia conforme con quanto richiesto all'art 22 Contenuto della BUSTA C – Offerta Economica – Elaborato del Disciplinare di gara.



**COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Procede all'apertura della stessa in cui si rinviene la "Offerta Economica" e, dunque, all'apertura della busta ivi contenuta.

La Commissione accertato che tutto è conforme a quanto richiesto, dà lettura dell'offerta presentata dal concorrente *FORA S.p.A.*, così come riepilogato di seguito:

OPERATORE ECONOMICO	Punti Max	SERVIZI OGGETTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO OFFERTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO OFFERTA ECONOMICA
			IVA esclusa	IVA esclusa	
FORA S.p.A.	30	Servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC per la durata di 12 (dodici) mesi	Euro 1.425.600,00	Euro 1.423.020,00	30
		Servizi opzionali a pagamento per la durata di 12 (dodici) mesi	Euro 706.850,00	Euro 705.950,00	

Essendo l'unica offerta economica, alla stessa viene assegnato il punteggio massimo previsto, pari a 30 punti.

Ne consegue che il punteggio complessivo assegnato al concorrente, unico in graduatoria, *FORA S.p.A.*, è pari a 100 (cento) su 100 punti max previsti, di cui 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica.

Concluse le operazioni di valutazione dell'offerta economica, e visto il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica di cui al verbale n. 2 del 5 marzo 2018 e per l'offerta economica di cui alla seduta odierna, la commissione determina il punteggio, come da tabella di seguito riportata:

Operatore Economico	PUNTEGGIO MAX VALUTAZIONE	PUNTI ATTRIBUITI OFFERTA TECNICA	PUNTI ATTRIBUITI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
FORA S.p.A.	100	70	30	100

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, rilevato che i punteggi conseguiti rispettivamente nell'offerta tecnica ed economica sono superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile per ciascun elemento, decide di trasmettere, per il tramite del Segretario, il presente verbale al responsabile del procedimento della gara di cui trattasi per gli adempimenti di conseguenza come previsto dai commi 4 e ss. dell'art. 97 del Codice.

Alle ore 16.30 la seduta è stata sciolta.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 15/03/2018

Presidente Dott. Luigi Mussolin

Componente Dott. Michele Nardella

Componente Dott. Enrico Scarano

Segretario Sig. Colacchio Carmine Pio

COMMISSIONE GIUDICATRICE



**Verbale n.1 del 19/04/2018  
del RdP con la Commissione Giudicatrice**

**SEDUTA RISERVATA**

**GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA. SIMOG n. 6849398.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 15:50, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza si sono riuniti, in seduta riservata, il RdP Ing. Luigi Battista e la Commissione giudicatrice per le operazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sono presenti:

- Luigi Battista (Resp. del Procedimento);
- Luigi Mussolin - Dirigente (Presidente Commissione giudicatrice);
- Michele Nardella - Dirigente (Componente Commissione giudicatrice);
- Enrico Scarano - Dirigente (Componente Commissione giudicatrice);
- Carmine Colacchio - (Segretario Commissione giudicatrice).

Il Responsabile del Procedimento comunica che, giusto verbale n. 3 del 15.03.2018 della Commissione giudicatrice, ha provveduto a richiedere all'Operatore Economico Fora spa le spiegazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'offerta (Prot. 20180049048 del 16/03/2018).

L'Operatore Economico Fora spa dal procedimento ex art.97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ha provveduto a produrre le spiegazioni acquisite al Prot. 20AB/56699 del 29/03/2018.

Il Responsabile del Procedimento, unitamente alla Commissione giudicatrice, procede alla lettura e alle valutazioni delle giustificazioni prodotte.


Le stesse, alla luce di quanto previsto e dettato dall'art.97 del D.Lgs. 50/2016, vengono ritenute nel complesso attendibili, pertanto i componenti della Commissione ed il RdP valutano l'offerta congrua ed affidabile, tenuto conto delle prestazioni dei servizi proposti nel relativo progetto tecnico.

Alle ore 16:20 la seduta viene chiusa.

COMMISSIONE GIUDICATRICE






GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA

Pag. 1 a 2



Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 19/04/2018

Presidente	MUSSOLIN Luigi	
Componente	NARDELLA Michele	
Componente	SCARANO Enrico	
Segretario	COLACCHIO Carmine	
Il RdP	BATTISTA Luigi	

COMMISSIONE GIUDICATRICE

GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU CONTAINER PER I SERVIZI DI MEDICINA NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI POTENZA E DI MATERA