

Come rappresentato nel documento “chiarimenti n. 1 a tutto il 16.07.2024”, si rettificano le griglie di valutazione di cui all’Allegato 3, limitatamente ai **lotti 26, 28, 29, 43 e 44**, come di seguito riportato.

Si precisa che tale rettifica non interessa i criteri di valutazione, che restano invariati, ma la sola ripartizione dei punteggi massimi assegnati a ciascun criterio.

LOTTO 26

PREFERENZIALI	PUNTI
Visibilità su sistema di mappaggio elettroanatomico	40
Sistema di ablazione basato sulla radiofrequenza	5
Sistema di ablazione basato sulla bassa temperatura	15
Sistema di ablazione basato su energia laser	10

LOTTO 28

PREFERENZIALI	PUNTI
Risoluzione del campo elettromagnetico	25
Possibilità di riconoscimento di segnali cardiaci inferiori a 0,05 mv	25
Compatibilità del sistema di mappaggio con differenti elettrocateri diagnostici ed ablatori	20

LOTTO 29

PREFERENZIALI	PUNTI
Range di lunghezza da 16 a 23 cm	24
Range di diametro da 6 a 12 fr	24
Possibilità di variante Valvolata	22

Lotto 43:

PREFERENZIALI	PUNTI
Fornitura gratuita di introduttore dedicato	25
Sistema multielettrodo a configurazione variabile	25
Letteratura a supporto	20

Lotto 44:

PREFERENZIALI	PUNTI
Stabilità	25
Manovrabilità	25
Disponibilità diverse curve	20